

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload จำนวน ๖ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๘๐ (๓.๘ mm.)

๑. ความต้องการ

ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๘๐ (๓.๘ mm.) จำนวน ๗๒ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดและเย็บปิดเนื้อเยื่อหรือลำไส้ภายในช่องท้อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นดัดแปลงจรวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ผลิตจากพลาสติก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ดัดแปลงผลิตจากพลาสติก บรรจุด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ยาว ๘๐ มม.

๔.๒ ลวดเย็บมีความสูง ๓.๘ มม. ก่อนเย็บ และสูง ๑.๕ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๓ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๘๐ มม.

๔.๔ ดัดแปลงจรวดเย็บประกอบด้วยลวดเย็บ, ใบมีด, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ

๔.๕ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload จำนวน ๖ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๘๐ (๔.๘ mm.)

๑. ความต้องการ

ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๘๐ (๔.๘ mm.) จำนวน ๖๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดและเย็บปิดเนื้อเยื่อหรือลำไส้ภายในช่องท้อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นดัดแปลงจรวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ผลิตจากพลาสติก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ดัดแปลงผลิตจากพลาสติก บรรจุด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ยาว ๘๐ มม.

๔.๒ ลวดเย็บมีความสูง ๔.๘ มม. ก่อนเย็บ และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๓ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๘๐ มม.

๔.๔ ดัดแปลงจรวดเย็บประกอบด้วยลวดเย็บ, ไบเมิด, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ

๔.๕ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload จำนวน ๖ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๖๐ (๓.๘ mm.)

๑. ความต้องการ

ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๖๐ (๓.๘ mm.) จำนวน ๗๒ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดและเย็บปิดเนื้อเยื่อหรือลำไส้ภายในช่องท้อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ผลิตจากพลาสติก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ตลับผลิตจากพลาสติก บรรจุด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ยาว ๖๐ มม.

๔.๒ ลวดเย็บมีความสูง ๓.๘ มม. ก่อนเย็บ และสูง ๑.๕ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๓ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๖๐ มม.

๔.๔ ตลับบรรจุลวดเย็บประกอบด้วยลวดเย็บ, ใบมีด, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ

๔.๕ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload จำนวน ๖ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๔ ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๖๐ (๔.๘ mm.)

๑. ความต้องการ

ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๖๐ (๔.๘ mm.) จำนวน ๖๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดและเย็บปิดเนื้อเยื่อหรือลำไส้ภายในช่องท้อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ผลิตจากพลาสติก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ตลับผลิตจากพลาสติก บรรจุด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ยาว ๖๐ มม.

๔.๒ ลวดเย็บมีความสูง ๔.๘ มม. ก่อนเย็บ และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๓ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๖๐ มม.

๔.๔ ตลับบรรจุลวดเย็บประกอบด้วยลวดเย็บ, ไบมีด, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ

๔.๕ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload จำนวน ๖ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๕ ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๑๐๐ (๓.๘ mm.)

๑. ความต้องการ

ดัดแปลงจรวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๑๐๐ (๓.๘ mm.) จำนวน ๒๔ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดและเย็บปิดเนื้อเยื่อหรือลำไส้ภายในช่องท้อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นดัดแปลงจรวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ผลิตจากพลาสติก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ดัดแปลงผลิตจากพลาสติก บรรจุด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ยาว ๑๐๐ มม.

๔.๒ ลวดเย็บมีความสูง ๓.๘ มม. ก่อนเย็บ และสูง ๑.๕ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๓ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๑๐๐ มม.

๔.๔ ดัดแปลงจรวดเย็บประกอบด้วยลวดเย็บ, ใบมีด, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ

๔.๕ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload จำนวน ๖ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๖ ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๑๐๐ (๔.๘ mm.)

๑. ความต้องการ

ตลับบรรจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อ GIA Reload ๑๐๐ (๔.๘ mm.) จำนวน ๓๖ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดและเย็บปิดเนื้อเยื่อหรือลำไส้ภายในช่องท้อง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ ผลิตจากพลาสติก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ตลับผลิตจากพลาสติก บรรจุด้วยลวดเย็บไททานเนียม จำนวน ๔ แถว วางตัวข้างละ ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ยาว ๑๐๐ มม.

๔.๒ ลวดเย็บมีความสูง ๔.๘ มม. ก่อนเย็บ และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๓ มีความยาวแนวลวดเย็บ ๑๐๐ มม.

๔.๔ ตลับบรรจุลวดเย็บประกอบด้วยลวดเย็บ, ไบมีด, กลไกการดันลวดเย็บ, กลไกความปลอดภัยต่างๆ และกลไกการควบคุมเนื้อเยื่อ

๔.๕ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

