

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ตัวบบจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง Endo GIA Reload  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

### ๑. ความต้องการ

ตัวบบจุลวดตัด และเย็บเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง Endo GIA Reload จำนวน ๔๙ ชิ้น

### ๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เครื่องมือใช้สำหรับตัด และเย็บปิดลำไส้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคในระบบทางเดินอาหาร หรือใช้ตัดและเย็บปิดเนื้อปอดในผู้ป่วยที่เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ เครื่องมือสามารถใช้ได้ทั้งการผ่าตัดแบบเปิดและ การผ่าตัดแบบส่องกล้อง

### ๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือใช้สำหรับตัด และเย็บปิดเนื้อเยื่อภายในช่องอก และช่องห้อง ใช้ได้ทั้งการผ่าตัดแบบเปิดหน้าห้อง และการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

### ๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เครื่องมือสามารถตัด และเย็บปิดเนื้อเยื่อได้ในแนวตรง

๔.๒ เครื่องมือสามารถปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา ทั้งสองฝั่ง

๔.๓ เครื่องมือประกอบด้วยลวดเย็บไทยเนียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ แฉะ โดยลวดเย็บวางตัวข้างละ ไม่น้อยกว่า ๓ แฉะ สลับสับห่วงกัน และมีใบมีดตัดตรงกลาง

๔.๔ เครื่องมือมีความยาวแนวลวดเย็บไม่น้อยกว่า ๖๐ มม.

๔.๕ ลวดเย็บที่บรรจุอยู่ในเครื่องมือ มีความสูงก่อนการเย็บปิดໄลรัดดับจากแควริมสุด (ต่ำสุด) ໄลรัดดับ ไปถึงแควริมสุด (สูงที่สุด) เพื่อให้ลวดเย็บสามารถยึดเนื้อเยื่อไว้ได้ที่สุดตลอดความยาวแนวลวดเย็บ หลังการเย็บปิด

๔.๖ ฝังตัวบบจุลวดเย็บของเครื่องมือมีขนาดเป็นแบบขั้นบันได

๔.๗ เครื่องมือสามารถใช้ประกอบกับด้าม (Handle) ได้ทั้งแบบแกนสั้น แกนปกติ และแบบแกนยาว

๔.๘ เครื่องมือบรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้งาน

### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิมาก่อน

๕.๒ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาก็ต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

คณะกรรมการก้าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... 	กรรมการ
(ลงชื่อ)..... 	กรรมการ
(ลงชื่อ)..... 	กรรมการ