

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางใช้ครั้งเดียวทิ้ง disposable glove เบอร์ S, M, L, SS (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

ถุงมือยางใช้ครั้งเดียวทิ้ง disposable glove เบอร์ S, M, L, SS (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)

- เบอร์ S จำนวน ๒๔,๐๐๐ กล่อง
- เบอร์ M จำนวน ๔,๐๐๐ กล่อง
- เบอร์ L จำนวน ๑๐๐ กล่อง
- เบอร์ SS จำนวน ๘๐๐ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับตรวจโรค (Glove Disposable) เป็นถุงมือยาง สำหรับใช้สวมมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย และผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ที่มีการผ่าตัด และรวมถึงการใช้สำหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่อาจปนเปื้อนด้วย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นถุงมือยางทำจากธรรมชาติ สามารถสวมใส่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ต้องได้คุณภาพ มาตรฐานและข้อกำหนดของถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค คมพ.๒-๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)

๔.๒ เมื่อตรวจพินิจต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น พองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง ขอบถุงมือยางต้องไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน

๔.๓ สารที่ช่วยให้ลื่นในการสวมใส่ให้เป็นตาม USP ฉบับตีพิมพ์ครั้งสุดท้ายในหัวข้อ ABSORBABLE DUSTING POWDER หรือสารอื่นที่สามารถพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

๔.๔ ผ่านการทดสอบการรั่วซึม

๔.๕ การเจือสี สีที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย

๔.๖ การแต่งกลิ่น กลิ่นที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษ และไม่ทำให้อายุการใช้งานของถุงมือยางลดลง

๔.๗ การบรรจุต้องบรรจุในภาชนะที่บดแสง สะอาด คุ้มหมัดขีด ทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในภาวะปกติ

๔.๘ มีความหนาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม

๔.๙ ระบุวันหมดอายุ บนกล่องบรรจุ

๔.๑๐ ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุ หรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เบอร์ S, M และ L อย่างละ ๑ กล่อง ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ