

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Glove Disposable) เบอร์ SS,S,M,L จำนวน ๒๗,๕๖๐ ก่อง
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Glove Disposable) เบอร์ SS,S,M,L

- เบอร์ SS จำนวน ๙๖๐ ก่อง
- เบอร์ S จำนวน ๒๒,๔๐๐ ก่อง
- เบอร์ M จำนวน ๔,๐๐๐ ก่อง
- เบอร์ L จำนวน ๒๐๐ ก่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สวมมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย และผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษา ในทางการแพทย์ที่มีใช้การผ่าตัด และรวมถึงการใช้สำหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่อาจ ปนเปื้อนด้วย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นถุงมือยางทำจากธรรมชาติ สามารถสวมใส่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- ๓.๒ บรรจุก่องละ ๑๐๐ ชิ้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ ต้องได้คุณภาพ มาตรฐานและข้อกำหนดของถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค คมพ.๒-๒๕๓๗ ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
- ๔.๒ เมื่อตรวจพินิจต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอม ในเนื้อยาง ขอบถุงมือยางต้องไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน
- ๔.๓ สารที่ช่วยให้ลื่นในการสวมใส่ให้เป็นตาม USP ฉบับตีพิมพ์ครั้งหลังสุดในหัวข้อ ABSORBABLE DUSTING POWDER หรือสารอื่นที่สามารถพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ๔.๔ ผ่านการทดสอบการรั่วซึม
- ๔.๕ การเจือสี สีที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย
- ๔.๖ การแต่งกลิ่น กลิ่นที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและไม่ทำให้อายุการใช้งานของถุงมือยางลดลง
- ๔.๗ การบรรจุต้องบรรจุในภาชนะที่บแสง สะอาด หุ้มห่อมิดชิด ทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษา ในภาวะปกติ
- ๔.๘ มีความหนาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ฝืดขาดง่าย ไม่รั่วซึม
- ๔.๙ ระบุวันหมดอายุ บนก่องบรรจุ
- ๔.๑๐ ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข



๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เบอร์ S,M,L ขนาดละ ๑ กล่อง (๑๐๐ ชิ้น) ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่..... ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๓

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(ลงชื่อ).....  กรรมการ