

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
Alcohol cotton ball จำนวน ๑,๒๘๐,๐๐๐ ชิ้น  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

Alcohol cotton ball จำนวน ๑,๒๘๐,๐๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เช็ดทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ผิวหนัง หรือเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ สำลิก่อนที่ใช้ในทางการแพทย์ ขนาด ๐.๓๕ กรัม ทำจากฝ้าย ๑๐๐% สีขาว ปราศจากกัลลินและสารเรืองแสง จำนวน ๘-๑๐ ก้อน ชุบด้วยแอลกอฮอล์ชนิด Ethyl Alcohol สีฟ้า ความเข้มข้น ๗๐% บรรจุเป็นแผงชนิด Blister Pack

๓.๒ ขนาดบรรจุ ๘-๑๐ ก้อน/แผง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ แผงชนิด Blister Pack ใส ปิดทับด้วยแผ่น Aluminum Foil สามารถป้องกันการรั่วซึมและการระเหยของแอลกอฮอล์ที่อุณหภูมิห้องปกติ กระดาษใยสังเคราะห์ Polypropylene ปราศจากใยแก้วหรือเศษเส้นใย และปราศจากกัลลินผิดปกติ ความหนา ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น มีสี ๒ ด้านแตกต่างกัน

๔.๒ สำลิก่อนต้องชุบแอลกอฮอล์สีฟ้า สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๔.๓ สามารถแบ่งใช้ได้อย่างสะดวกทีละ ๑ ก้อน และส่วนที่เหลือที่ยังไม่แกะใช้ต้องไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนและยังคงสภาพปราศจากเชื้อ

๔.๔ แต่ละแผงต้องระบุเลขที่ผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๔.๕ ทีบห่อบรรจุ ต้องระบุวันหมดอายุ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๔.๖ ทีบห่อบรรจุ ต้องทีบแสง สามารถป้องกันแสงแดดได้

๔.๗ สำลิก่อนต้องผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา และ/หรือแกสเอธิลีนออกไซด์ และระบุวิธีการฆ่าเชื้อดังกล่าวไว้ที่ทีบห่อบรรจุ

๔.๘ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน และผ่านการทดสอบความปราศจากเชื้อ โดยห้องปฏิบัติการกลางตามมาตรฐานระดับประเทศ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ ผู้ผลิตต้องมีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง จำนวน ๓ กล่อง โดยไม่เคยเปิดใช้มาก่อน ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ