

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านใน (tibia plateau medial) จำนวน ๑๖ ชุด  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

ชุดแผ่นโลหะตามกระดูกหน้าแข้งส่วนต้นด้านใน (tibia plateau medial) จำนวน ๑๖ ชุด

๒. วัตถุประสงค์

วัสดุทางการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อแผ่นโลหะตามกระดูกและสกรู  
ที่ใช้ยึดแผ่นโลหะตามกระดูกที่มีรูเกลียว ๓.๕ มิลลิเมตร locking ยึดเข้ากับกระดูกปลายขาส่วนต้น  
ด้านในแพทย์สามารถเลือกใช้ ในรูปแบบ Advance, complex และใน Difficult case ตามความ  
เหมาะสมในดุลยพินิจ

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. แผ่นโลหะตามกระดูกปลายขาส่วนต้นด้านใน (LCP Tibia Plateau Medial) มีลักษณะรูเรียง  
ชิดกัน ๔ รู บริเวณส่วนหัว และ มีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตรใช้กับสกรูคอรัทเทค  
ขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร หรือลอคกิ้งเฮดสกรูขนาด ๓.๕ มิลลิเมตรมีลักษณะรูส่วน Shaft เรียงติดกันทุกรู  
มีข้างซ้ายและข้างขวา ขนาด ๖,๘,๑๐,๑๒ รู ผลิตจากไททาเนียม

๒. แผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกที่มีรูเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มิลลิเมตร

๓. สามารถบดหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นวัสดุปลอดสนิมตามมาตรฐานทางการแพทย์สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่เสื่อมสภาพ

๒. วัสดุที่เสนอราคาสามารถใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลมีใช้อยู่ได้

๓. มีเอกสารนำเข้าผ่านการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (FREESALE)

๔. ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑&๑๓๔๘๘๕ และ CE-MARK


๕. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


๖. มีเครื่องมือวางให้แพทย์ใช้ในโรงพยาบาล ๑ ชุดและสำรองเพิ่มเติมตามที่แพทย์ต้องการ

๗. มีแผ่นโลหะตามกระดูกที่ครอบคลุมกายวิภาคทุกรายการ

๘. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด โดยไม่เคยเปิดใช้มาก่อน ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร  
ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่ **๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายณัฐพล นवलสาตี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวคณิตสรณ์ มหีมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอาทิตย์ มัดศรี)