

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๒ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ LEGION FMS,BASIC

๑. ความต้องการ

LEGION FMS,BASIC จำนวน ๒,๒๖๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นตลับทดน้ำเข้า - ออก (Fluidic Management System - FMS) ใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระจก  
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็นตลับทดน้ำเข้า - ออก (Irrigation - Aspiration)

๔.๒ สามารถตรวจสอบ (Monitor) แรงดันน้ำเข้า - ออก (Irrigation - Aspiration) ขณะทำการผ่าตัดได้

๔.๓ มีสาย I/V พร้อมที่เจาะถุงน้ำเกลือ (Spike) และกระเปาะหยด (Drip Chamber) ชนิดใส

๔.๔ ตัว FMS มีถุงน้ำทิ้งขนาดบรรจุ ๕๐๐ cc. ติดอยู่

๔.๕ ตัว FMS ทำจากพลาสติก

๔.๖ มี Non-invasive pressure/vacuum sensor ที่ตัว FMS

๔.๗ เมื่อใส่ FMS เข้ากับเครื่องผ่าตัดต่อกระจก ตัวเครื่องสามารถระบุชนิดของ FMS ได้โดยอัตโนมัติ

๔.๘ มีถุงคลุมภาควางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๙ เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน  
ระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๒ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ LEGION ANTERIOR VITRECTOMY KIT

๑. ความต้องการ

LEGION ANTERIOR VITRECTOMY KIT จำนวน ๗๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหัวตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหน้าร่วมในการผ่าตัดต่อกระจก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ขนาด ๒๓ Ga

๔.๒ ใช้ต่อเข้ากับด้ามแบบใช้ไฟฟ้า ในการขับเคลื่อนหัวตัด

๔.๓ สามารถตัดได้สูงสุด ๒,๐๐๐ ครั้งต่อนาที

๔.๔ เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน  
ระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ