

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดอุปกรณ์และน้ำยาในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลกำแพงเพชร มีความจำเป็นต้องซื้อ ชุดอุปกรณ์และน้ำยาในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้งานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

กรณีซื้อข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเวียนแจ้งให้ทราบ โดยพิจารณายอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. คุณสมบัติทั่วไป

ชุดอุปกรณ์และน้ำยาในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ✓

๕. คุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ ชุดอุปกรณ์และน้ำยา

๕.๑.๑ น้ำยาล้างไต Heamo A และ Heamo B

จำนวน ๑ คู่/ชุด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

๕.๑.๒ Dialyzer

- High flux reuse ๑๕ ครั้ง/ชุด
- Low flux reuse ๘ ครั้ง/ชุด

๕.๑.๓ Blood Line แบบรวม IV set, Transducer จำนวน ๑ set/ชุด

๕.๑.๔ AVF Needle No. ๑๕" , ๑๖" จำนวน ๑ คู่/ชุด

๕.๑.๕ Heparin จำนวน ๑ ขวด/๔ ชุด

๕.๑.๖ NSS ๑๐๐๐ cc. จำนวน ๒ ถุง/ชุด

๕.๑.๗ Disinfectant (Peracetic acid/Citric acid/Sodium Hypochlorite)

๕.๑.๘ Hemo set (Gauze, Cotton, Napkin, Sterile Groves ๒ pair) จำนวน ๒ set/ชุด

๕.๑.๙ กรณีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น Gauze (Sterile), Alcohol Chlorhexidine เป็นต้น
ผู้เสนอราคาต้องจัดหาให้ตามที่หน่วยงานไตเทียมร้องขอ

๕.๒ เครื่องไตเทียม

๕.๒.๑ เป็นเครื่องไตเทียมที่ควบคุมการดึงน้ำแบบปริมาตร โดยใช้ระบบ Volume Control แบบ Closed System

๕.๒.๒ มีกลไกการตรวจสอบความปลอดภัย ความถูกต้อง และความพร้อมของเครื่องก่อนการใช้งานโดยระบบอัตโนมัติ โดยแสดงผลได้ในรูปของตัวเลข และในรูปของกราฟที่แสดงแนวโน้มในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการดูแลเครื่องที่มีประสิทธิภาพ

๕.๒.๓ การใช้เครื่อง และการควบคุมการทำงานของเครื่อง ทำได้โดยระบบแตะสัมผัส (Touch Screen) แบบ LCD และมีข้อความแสดงขั้นตอนการใช้งานที่จอหน้าเครื่อง พร้อมทั้งบอกเหตุสัญญาณเตือน

๕.๒.๔ สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับได้ทั้ง ๒๒๐V / ๕๐Hz

๕.๒.๕ สามารถใส่ข้อความและตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนพร้อมแสดงข้อความตามที่ตั้งค่าไว้เพื่อเป็นการเตือนพยาบาล

ภาคปั๊มเลือด (Blood Pump)

- สามารถควบคุมอัตราการไหลของเลือดได้ตั้งแต่ ๕๐-๖๐๐ มิลลิลิตร ต่อนาที
- มีตัวเลขแสดงอัตราการไหลของเลือด (Blood Flow Rate)
- สามารถปรับขนาดชุดสายเลือด (Blood Tubing Line) ได้
- มีระบบ Safety Switch ตรงตำแหน่งยึดฝาครอบของ Blood Pump ปั๊มจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดฝาปั๊มออก

ภาคปั๊มเฮปาริน (Heparin Pump)

- สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาเฮปารินได้ ๐.๑-๑๐.๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง และมีสัญญาณเตือนทั้งแสง และเสียงเมื่อใช้น้ำยาเฮปารินหมดหรือเมื่อครบเวลาการให้เฮปาริน
- ตัวเฮปารินปั๊มสามารถบรรจุกระบอกฉีดยาได้หลายขนาด

ระบบความปลอดภัย

- มีระบบตรวจวัดความดันเลือดดำ (Venous Pressure) ในช่วงตั้งแต่ +๒๐ ถึง +๓๙๐ มิลลิเมตรปรอท และจะมีสัญญาณเตือนเมื่อแรงดันเกินพิกัดที่กำหนด
- มีอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วซึมของเลือด (Blood Leak Detector)
- มีอุปกรณ์ตรวจจับฟองอากาศ (Air Detector)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

- มีระบบเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายโดยมีจอแสดงข้อความ พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อเครื่อง อยู่ในสภาพที่ต้องการช่างเทคนิค เพื่อการซ่อมบำรุง

ภาคปัมน้ำยาไตเทียม (Dialysate Pump)

- สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำยาไตเทียมได้ (Dialysate Flow rate) ตั้งแต่ ๓๐๐ ถึง ๘๐๐ มิลลิลิตร ต่อนาที
- มีระบบควบคุมอุณหภูมิของน้ำยาไตเทียม ให้อยู่ในระหว่าง ๓๓ °C - ๔๐ °C โดยแสดงผลหน้าจอพร้อมระบบตั้งค่า Upper และ Lower Limit Alarm ได้สัญญาณเตือนทั้งเสียงและแสง
- สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำยาไตเทียม โดยประมาณได้ในช่วง ๑๒.๕ ถึง ๑๖.๐ mS/cm
- สามารถกำหนด และสามารถปรับ ความเข้มข้นของน้ำยา Acetate และน้ำยา Bicarbonate ได้โดยแตะที่จอด้านหน้าของเครื่อง
- มีโปรแกรม Sodium Profile (Conductivity Profile) และ Bicarbonate Profile ซึ่งสามารถสร้างโปรแกรมได้เองตามที่ใช้ต้องการ

การควบคุมการดึงน้ำ (Ultrafiltration Control)

- มีโปรแกรม Ultrafiltration Profile ให้เลือก สามารถสร้างโปรแกรมได้เองตามที่ใช้ต้องการ
- สามารถตั้งการดึงน้ำออกจากคนไข้ได้ในอัตรา ๐ - ๔,๐๐๐ มิลลิลิตร ต่อชั่วโมง

ระบบทำความสะอาดเครื่อง




- Rinse โดยน้ำบริสุทธิ์ในระบบ
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดได้ทั้ง ๒ ชนิด
 ๑. Sodiumhypochlorite ๕% (NaOCl ๕%) เป็นการฆ่าเชื้อ
 ๒. Acetic Acid เพื่อล้างตะกอน
- มีโปรแกรมอัตโนมัติโดยผู้ใช้สามารถโปรแกรมเองได้ตามความต้องการใช้
- มีระบบฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนร่วมกับสารเคมี

ตั้งโปรแกรมเปิด-ปิด เครื่องโดยอัตโนมัติ

๕.๓ การดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำ RO

บริษัทฯ ต้องปรับปรุงระบบน้ำ RO รวมทั้ง Potable RO ของโรงพยาบาล (๒ เครื่อง) ให้สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังนี้

- ๕.๓.๑ การส่งตรวจเพาะเชื้อแบคทีเรียทุก ๑ เดือน จำนวน ๕ ตัวอย่าง และอุปกรณ์ตรวจน้ำ RO ประจำวันให้หน่วยไตเทียม
- ๕.๓.๒ รายการบำรุงรักษาทุก ๓ เดือน/ครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี
 - ตรวจสอบและปรับแต่งระบบ Pretreatment
 - ปรับแต่งระบบ Reverse Osmosis
 - ล้าง R.O. membrane
 - ตรวจ Endotoxin
- ๕.๓.๓ รายการบำรุงรักษา ๒ ครั้ง/ปี
 - ฆ่าเชื้อระบบท่อ Disinfect water Line ด้วย Peroxan-D (Peracetic Acid ๔.๕%)
- ๕.๓.๔ รายการบำรุงรักษา ๑ ครั้ง/ปี
 - ตรวจวิเคราะห์น้ำตามมาตรฐาน AAMI

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

๕.๓.๕ รายการตรวจ Bacteria หรือ Endotoxin หากเกินมาตรฐานที่กำหนด จะดำเนินการ
ฆ่าเชื้อในระบบน้ำ RO ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังได้รับรายงาน

๕.๓.๖ จะต้องรับผิดชอบวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆทุกชนิด ในระบบน้ำ RO

๕.๔ การบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม

๕.๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องส่งช่างเข้าไปทำความสะอาดตรวจสอบคุณภาพและปรับตั้งระบบ
การทำงานของเครื่องไตเทียมทุก ๓ เดือน/ครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี

๕.๔.๒ หากเครื่องขัดข้องผู้เสนอราคาจะส่งช่างขึ้นมาดูแลได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ถ้าแก้ไขไม่ได้
จะนำเครื่องมาเปลี่ยนให้ภายใน ๓ วัน

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้เสนอราคา จะต้องเป็นผู้ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและดำเนินการติดตั้งระบบน้ำ RO และเครื่อง
ไตเทียมพร้อมใช้งานตามแบบที่โรงพยาบาลกำหนด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๖.๒ บรรดาสีก่อสร้างหรือซ่อมแซมลงไปในส่วนพื้นที่ที่ใช้ตามข้อ ๕.๑ ในลักษณะติดตั้งตั้งตรา
เมื่อหมดสัญญาออกจากพื้นที่ที่ใช้ ห้ามมิให้รื้อถอนหรือทำลายเป็นอันตราย และสิ่งก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมดังกล่าวต้องตกเป็นของโรงพยาบาลกำแพงเพชรทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงสังหาริมทรัพย์
ของผู้เสนอราคา และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อทางราชการมิได้

๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาพยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมไตเทียม จำนวน ๑ คน พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน ๑ คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ไม่น้อยกว่า ๒ คน มาประจำอยู่หน่วยไตเทียมของ
โรงพยาบาล เพื่อควบคุมเครื่องไตเทียมและให้บริการผู้ป่วยระหว่างทำการฟอกเลือด โดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลา และค่าจ้าง ค่าตอบแทน สำหรับพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือคนไข้อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้จัดหาระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ให้เพียงพอต่อการบริการ สำหรับการ
ให้บริการเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ เตียงตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ได้
ตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาเครื่องไตเทียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เครื่อง ที่ได้มาตรฐานพร้อม
เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยมานอนรับบริการการฟอกเลือด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาให้เครื่องฟอก
ไตอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต้องจัดหาเครื่องใหม่มา
พร้อมใช้งานได้ตามปกติภายใน ๓ วัน

๖.๖ ผู้เสนอราคา จะต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการใช้งานของระบบน้ำและเครื่องไตเทียมให้แก่
บุคลากรในหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานระบบได้อย่างดี

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในวงเงิน ๔,๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. การจ่ายเงิน


โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะชำระเงินค่าสิ่งของตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วย ให้แก่ผู้จะขายภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้จะขาย ได้แสดงหลักฐานการรับมอบ ให้แก่ผู้จะซื้อ


๑๑. ค่าปรับ


อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตรา ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของเป็นเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย แก้วนำเจริญ) /
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวเยาวนิตย์ ไยบัว) /
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางปาริชาติ กาลมุล) /
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ