

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ - บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... วันที่.....
- ๓.๑ CardiImmune Level L จำนวน ๕ กล่องๆ ละ ๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท.....
- ๓.๒ CardiImmune Level ๑ จำนวน ๕ กล่องๆ ละ ๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท.....
- ๓.๓ CardiImmune Level ๓ จำนวน ๕ กล่องๆ ละ ๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท.....
..... เป็นเงิน ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคากลางได้มาจาก ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ นางกุลกานต์ พิศอ่อน..... นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ.....
- ๕.๒ นางสาวปิยะพัชร ยามา..... นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ.....
- ๕.๓ นายประเสริฐ พัฒนคูหา..... เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน.....

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ)..... <i>นางสาว ปิยะพัชร</i> ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... <i>นางกุลกานต์</i> กรรมการ
(ลงชื่อ)..... <i>นายประเสริฐ</i> กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๗๑-๔๒๒๓-๕ ต่อ ๑๓๐๕-๖

ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๓/ ๘๒๕ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๐๕๕๔ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างข้อ ๒๗ ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี...ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ...ในข้อ (๒) ต้องมีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จ้าง...ในข้อ (๓) ต้องมีราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเท็จจริง

๓.๑ ราคากลางได้มาจาก ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๓.๒ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ CardiImmune Level L จำนวน ๕ กล่องๆ ละ ๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ CardiImmune Level ๑ จำนวน ๕ กล่องๆ ละ ๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๓ CardiImmune Level ๓ จำนวน ๕ กล่องๆ ละ ๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติราคากลาง และให้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ไปดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ) นางสาว กุลกานต์ พิศอ่อน ประธานกรรมการ
(นางกุลกานต์ พิศอ่อน)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ปิยนุช กรรมการ
(นางสาวปิยะพัชร ยามา)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) จ.ร. กรรมการ
(นายประเสริฐ พัฒนคุหะ)
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

๒/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลาง และให้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ไปดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป จักเป็นพระคุณ



(นายไพโรจน์ สุขสำราญ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



(นายวิเศษ อุดมศิลป์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายพิชัย ศิริพรพาณิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ CardiImmune Level L

๑. ความต้องการ

CardiImmune Level L จำนวน ๕ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของการทดสอบทางอิมมูโนโลยี งานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นสารควบคุมคุณภาพของการทดสอบเช่น Troponin I,CKMB Mass ในงานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ liquid stable control material ที่เตรียมจาก human serum

๔.๒ ใน ๑ กล่อง ประกอบด้วย MAS CardiImmune -Level L ๖x๓ mL

๔.๓ เป็นน้ำยาที่พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน

๔.๔ มีค่าอ้างอิงให้ในแต่ละ Lot เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ออกมาได้

๔.๕ ก่อนเปิดใช้งานเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -๒๕ ถึง -๑๕ °C

๔.๖ หลังจากเปิดใช้ได้อยู่ได้ ๓๐ วัน ที่อุณหภูมิ ๒ - ๘ °C

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีโปรแกรมที่สามารถรายงานผลแบบ Real Time ได้

๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานในประเทศไทย มากกว่า ๕ โรงพยาบาล และมีเอกสารรับรองการนำเข้าจาก
องค์การอาหารและยาของประเทศไทย (อย.)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ CardiImmune Level ๑

๑. ความต้องการ

CardiImmune Level ๑ จำนวน ๕ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของการทดสอบทางอิมมูโนโลยี งานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นสารควบคุมคุณภาพของการทดสอบเช่น Troponin I,CKMB Mass ในงานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ liquid stable control material ที่เตรียมจาก human serum

๔.๒ ใน ๑ กล่อง ประกอบด้วย MAS CardiImmune –Level ๑ ๖x๓ mL

๔.๓ เป็นน้ำยาที่พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน

๔.๔ มีค่าอ้างอิงให้ในแต่ละ Lot เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ออกมาได้

๔.๕ ก่อนเปิดใช้งานเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -๒๕ ถึง -๑๕ °C

๔.๖ หลังจากเปิดใช้ได้อยู่ได้ ๓๐ วัน ที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ °C

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีโปรแกรมที่สามารถรายงานผลแบบ Real Time ได้

๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานในประเทศไทย มากกว่า ๕ โรงพยาบาล และมีเอกสารรับรองการนำเข้าจาก
องค์การอาหารและยาของประเทศไทย (อย.)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ CardiImmune Level ๓

๑. ความต้องการ

CardiImmune Level ๓ จำนวน ๕ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของการทดสอบทางอิมมูโนโลยี งานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นสารควบคุมคุณภาพของการทดสอบเช่น Troponin I,CKMB Mass ในงานเคมีคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ liquid stable control material ที่เตรียมจาก human serum
- ๔.๒ ใน ๑ กล่อง ประกอบด้วย MAS CardiImmune –Level ๓ ๖x๓ mL
- ๔.๓ เป็นน้ำยาที่พร้อมใช้งาน ไม่ต้องเตรียมก่อนใช้งาน
- ๔.๔ มีค่าอ้างอิงให้ในแต่ละ Lot เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ออกมาได้
- ๔.๕ ก่อนเปิดใช้งานเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -๒๕ ถึง -๑๕ °C
- ๔.๖ หลังจากเปิดใช้ได้อยู่ได้ ๓๐ วัน ที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ °C

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีโปรแกรมที่สามารถรายงานผลแบบ Real Time ได้
- ๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานในประเทศไทย มากกว่า ๕ โรงพยาบาล และมีเอกสารรับรองการนำเข้าจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย (อย.)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ