

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักษ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ ชุด

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักษ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

งานห้องผ่าตัด ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักษ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับให้แสงสว่างในงานผ่าตัดศัลยกรรม

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชญาพข้อพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อการรับเอกสารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้放松เอกสารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(ลงชื่อ).....
.....ประกำกันกรรมกำร
(ลงชื่อ).....
.....กรรมกำร
(ลงชื่อ).....
.....กรรมกำร

๒/กรณี...

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสูงชี้ของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นขอเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น ข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะ

ณลักษณ์
(ลงชื่อ)..... ณลักษณ์ ใจ..... ประธานกรรมการ
ณลักษณ์
(ลงชื่อ)..... พิม พันธุ์..... กรรมการ
ณลักษณ์
(ลงชื่อ)..... นร. พันธุ์..... กรรมการ

๓/๔. กำหนด...

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลกำแพงเพชรได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลาจัดประชุมความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประชุมความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือชำรุดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คอมไฟผ่าตัดใหญ่คอมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ ชุด

๑. ความต้องการ

คอมไฟผ่าตัดใหญ่คอมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาล
กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๑ ชุด มีคุณสมบัติตามกำหนด

๒. วัตถุประสงค์


ใช้สำหรับให้แสงสว่างในงานผ่าตัดศัลยกรรม

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นคอมไฟผ่าตัดใหญ่ชนิดคอมคู่แบบแขวนเพดาน หลอดแอลอีดี
- ๓.๒ หัวคอมไฟสามารถปรับระดับสูง-ต่ำ, ก้ม-งอ หรือ เอียงซ้าย-ขวา และสามารถหมุนรอบแกนได้ ๓๖๐ องศา และมีคันจับตรงกลางโคมซึ่งสามารถถอดออกนำไปนีง่ายเข้าชื่อโรคได้
- ๓.๓ ใช้ไฟ ๑๐๐~๒๔๐ VAC ความถี่ ๕๐/๖๐ Hz
- ๓.๔ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ และ IEC ๖๐๖๐๑-๒-๔๑ เป็นอย่างน้อย

๔. คุณลักษณะเฉพาะคอมไฟหลัก

- ๔.๑ ตัวคอมมีลักษณะผิวเรียบไร้รอยต่อ ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย และมีแรงดึงควบคุมแบบระบบสัมผัสที่บริเวณแขนของคอมไฟ
- ๔.๒ คอมไฟออกแบบให้มีรูปทรงที่เหมาะสม ช่วยให้อาการครอบคอมไฟหมุนเวียนได้ดี ตามมาตรฐาน Laminar Flow-DIN ๑๙๖๖ และมีค่ามาตรฐานป้องกันฝุ่นละอองและของเหลวบริเวณหัวคอมไฟที่ IP๕๕
- ๔.๓ มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ได้ลำแสงที่มีความสม่ำเสมอ และลดการเกิดเงา
- ๔.๔ มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของสายตา และปรับแสงให้การมองเห็นดีขึ้น สามารถเลือกเปิด-ปิดการทำงานได้
- ๔.๕ มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดอาการเมื่อยล้าของสายตา และปรับแสงให้การมองเห็นดีขึ้น สามารถเลือกเปิด-ปิดการทำงานได้
- ๔.๖ มีเทคโนโลยีที่ให้แสงสีเขียวเพื่อให้ความสว่างขณะทำการผ่าตัดสำหรับงาน Endoscopy
- ๔.๗ สามารถเลือกโหมดการทำงานเฉพาะทางได้อย่างน้อย ๕ โหมด
- ๔.๘ สามารถปรับความสว่างและขนาดของลำแสงได้ที่ด้านลับที่ติดตั้งกลางโคม
- ๔.๙ มีค่าความสว่างของแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ที่ระยะ ๑ เมตร และสามารถปรับความสว่างของแสงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ
- ๔.๑๐ สามารถปรับขนาดของลำแสงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ ในระยะ ๑๕๐-๓๗๐ มิลลิเมตร
- ๔.๑๑ มีค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) Ra ไม่น้อยกว่า ๙๗ และ R_a ไม่น้อยกว่า ๙๗
- ๔.๑๒ มีระยะความชัดลึกของแสงไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๔.๑๓ สามารถปรับค่าอุณหภูมิสีของแสงได้อย่างน้อย ๕ ระดับ ตั้งแต่ ๓,๕๐๐-๕,๑๐๐K
- ๔.๑๔ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อคอมไม่นากกว่า ๕๕ วัตต์
- ๔.๑๕ หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง

(ลงชื่อ).......... ๑. ราชการ
(ลงชื่อ).......... ๒. กรรมการ
(ลงชื่อ).......... ๓. กรรมการ

๕/คุณลักษณะ...

๕. คุณลักษณะเฉพาะโคมไฟรอง

- ๕.๑ ตัวโคมมีลักษณะผิวเรียบเรียบอยู่ต่อ ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย และมีแรงคงคุณแบบระบบสัมผัสที่บริเวณแขนของโคมไฟ
- ๕.๒ โคมไฟออกแบบให้มีรูปทรงที่เหมาะสม ช่วยให้อาการครอบโคมไฟหมุนเวียนได้ดี ตามมาตรฐาน Laminar Flow-DIN ๑๙๑๖ และมีค่ามาตรฐานป้องกันฝุ่นละอองและของเหลวบริเวณหัวโคมไฟที่ IP๕๔
- ๕.๓ มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ได้ลำแสงที่มีความสม่ำเสมอ และลดการเกิดเงา
- ๕.๔ สามารถเลือกโหมดการทำงาน เช่น ทำงานทางได้ย่างน้อย ๕ โหมด
- ๕.๕ สามารถปรับความสว่างและขนาดของลำแสงได้ที่ด้านจับที่ติดตั้งกลางโคม
- ๕.๖ มีค่าความสว่างของแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ลักซ์ ที่ระยะ ๑ เมตร และสามารถปรับความสว่างของแสงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ
- ๕.๗ สามารถปรับขนาดของลำแสงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ ในระยะ ๑๕๐-๓๒๐ มิลลิเมตร
- ๕.๘ มีค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI) Ra ไม่น้อยกว่า ๙๗ และ Rg ไม่น้อยกว่า ๙๗
- ๕.๙ มีระยะความชัดลึกของแสงไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๑๐ สามารถปรับค่าอุณหภูมิสีของแสงได้ย่างน้อย ๕ ระดับ ตั้งแต่ ๓,๕๐๐-๕,๑๐๐K
- ๕.๑๑ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อโคมไม่มากกว่า ๕๐ วัตต์
- ๕.๑๒ หลอดไฟและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๖. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๖.๑ ด้ามจับชนิดถอดออกนิ่งๆเข้าخروดได้ จำนวน ๑๖ อัน
- ๖.๒ ชุดควบคุมระบบสัมผัสนิยติดผนังห้อง จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๓ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุจนครบถ้วน
- ๗.๒ ผู้ขายต้องทำการติดตั้ง สาธิต และนำการใช้งาน และสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๓ ผู้ขายต้องมีความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๔ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(ลงชื่อ) ๙. ราชการกรรมาการ
(ลงชื่อ) ๑๐. กรรมการ
(ลงชื่อ) ๑๑. กรรมการ