

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
สายจี้ไฟฟ้าแบบ Hand Switth จำนวน ๘,๕๐๐ ชิ้น  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

สายจี้ไฟฟ้าแบบ Hand Switth จำนวน ๘,๕๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับผ่าตัดและจี้ห้ามเลือดในห้องผ่าตัด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าแบบควบคุมด้วยมือ

๓.๒ ใช้งานครั้งเดียว แล้วทิ้ง

๓.๓ บรรจุด้วยแพคเกจ Sterilize มี วัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุบอกชัดเจน

๓.๓ ใช้งานร่วมกับเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า ได้ทุกรุ่น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ด้ามจับเครื่องมือมีลักษณะกลมจับถนัดมือ มีน้ำหนักเบา

๔.๒ ด้ามจับเครื่องมือมีปุ่ม สำหรับตัดและห้ามเลือด

๔.๓ หัวจี้มีความแข็งแรง สามารถตัดเนื้อเยื่อที่มีความหนาได้โดยหัวจี้ไม่หักงอ

๔.๔ ด้ามจับเครื่องมือ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม.

๔.๕ ความยาวของตัวใบมีดจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้าไม่รวมปลอกหุ้มฉนวน มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.

๔.๖ ความกว้างของตัวใบมีดจี้ผ่าตัดด้วยไฟฟ้า มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ มม.

๔.๗ สายไฟเป็นซิลิโคนหรือพีวีซีอ่อนนุ่ม ไม่หักงอง่าย มีความยาว ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

๔.๘ ปลั๊กเสียบเครื่องจี้ตัดไฟฟ้า เป็นแบบสแตนเลส ๓ ขา

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งมอบสินค้า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีเอกสารการนำเข้าเครื่องมือแพทย์(อย.) ณ วันส่งมอบสินค้า

๕.๔ จะต้องแถมแผ่นทำความสะอาดหัวจี้ ไฟฟ้า ๑ ชิ้น/สายจี้ ๑ เส้น

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง จำนวน ๑ ชิ้น โดยไม่เคยเปิดใช้มาก่อน ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่..... ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายอิสรพงศ์ ดวงมี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นางนิสิตา สิริวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายอาทิตย์ มัดศรี)