

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๑ ปากกาเขียนผ่าตัด (Skinmarker) จำนวน ๕๐ กล่อง

๑. ความต้องการ

ปากกาเขียนผ่าตัด (Skinmarker) จำนวน ๕๐ กล่อง

๒. จุดประสงค์ของการใช้งาน

เป็นปากกาสำหรับทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

ปากกาสำหรับทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัด

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็นปากกาที่มีลักษณะหัวแบบ fine tip ดังนั้นจึงสามารถทำเครื่องหมายได้เส้นเล็ก  
และคม ไม่เลอะเทอะ

๔.๒ ทนทานต่อสารละลายที่ใช้เตรียมผิวนังบริเวณผ่าตัด โดยไม่สามารถใช้ povidone  
iodine ลบได้

๔.๓ หมึกเป็น Gentian Violet ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้ป่วย

๔.๔ มีน้ำบรรหัด บอกหน่วยเป็น เซนติเมตร ทำให้การทำเครื่องหมายสะดวกและแม่นยำ  
มากขึ้น

๔.๕ บรรจุใน package sterile และผ่านการ sterilization ด้วยวิธี gamma ray

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ pack

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ บรรจุในของพลาสติกปราศจากเชื้อ

ผู้รับ: ก. ผู้รับทราบ: ก.  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ดูแล \_\_\_\_\_ กรรมการ \_\_\_\_\_  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ดูแล \_\_\_\_\_ กรรมการ \_\_\_\_\_

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๒ ระบบอกรถีดสารละลายเพื่อใช้ในการสวนล้าง (Acepto Syringe) จำนวน ๔,๖๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

ระบบอกรถีดสารละลายเพื่อใช้ในการสวนล้าง (Acepto Syringe)  
จำนวน ๔,๖๐๐ ชิ้น

๒. จุดประสงค์ของการใช้งาน

เป็นระบบอกรถีดสารละลายเพื่อใช้ในการสวนล้าง (Acepto Syringe)

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นระบบอกรถีดจากพลาสติกใส ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถมองเห็นปริมาตรของเหลว  
ที่ดูดได้จากภายนอกและมีตัวเลขบอกปริมาตรอย่างชัดเจน

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ลูกยางมีลักษณะใสทำให้สามารถมองเห็นของเหลวภายในได้ ผลิตจากยางคุณภาพดี  
ทำให้เกิดความยืดหยุ่นสูง ให้แรงในการดูดหรือปั๊มน้ำได้มาก และควบคุมแรงดูดได้ง่าย

๔.๒ ส่วนบนของลูกยางมีรอยบุ๋มทำให้จับถนัดมือขณะใช้งาน

๔.๓ ปลายลูกยางแนบสนิทกับด้านในของระบบทำให้เกิดสูญญากาศตลอดเวลาขณะ  
ใช้งาน

๔.๔ ปลายระบบอกรถีดมีปากปิด

๔.๕ ด้านหัวระบบอกรถีดเลือกน้ำเพื่อความกระชับในการจับระบบอกร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ขนาดบรรจุ Syringe ๖๐ CC.

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ บรรจุในซองพลาสติกปราศจากเชื้อโดยวิธีการอบแก๊ส

ผู้รับ: ..... ๙/..... พัฒนา งามวงศ์  
(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ ..... กรรมการ  
, ๒๐/๐๘/๒๕๖๗ ๙/๙/..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๓ รายการ

รายการที่ ๓ สาย Suction disposable จำนวน ๔๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

สาย Suction disposable จำนวน ๔๐๐ ชิ้น

๒. จุดประสงค์ของการใช้งาน

เป็นสายดูดเลือดและสารคัดหลังชั้นดีปราศจากเชื้อ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

สายดูดเลือดและสารคัดหลังชั้นดีปราศจากเชื้อ

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ตัวสายผลิตจาก vinyl อย่างหนา จึงไม่ลีบแบน และ มีความใส สามารถมองเห็นเลือด และสารคัดหลังที่อยู่ภายใน

๔.๒ ผิวบริเวณด้านนอกของสายมีลักษณะขรุขระ ทำให้สอดคล้องในการจับมากขึ้น

๔.๓ ผิวด้านในของสายถูกเคลือบด้วยสารหล่อลื่น ทำให้มีลักษณะเป็น non-conductive จึงทำให้เลือดและสารคัดหลังไม่ติดอยู่ภายใน

๔.๔ ตัวสายมีความยาว ๓.๐ เมตร

๔.๕ ส่วนปลายสุดของสายทั้ง ๒ ด้านมีลักษณะ universal adapter เรียกว่า Maxigrip ซึ่ง มีลักษณะยึดหยุ่น และสามารถต่อเข้ากับเครื่องมือได้หลากหลาย

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ขนาดบรรจุ ๑ เส้น ต่อ ๑ pack

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขอรับของ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติ กรรมการ