

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ ตลับควบคุมน้ำเข้า - ออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ

๑. ความต้องการ

ตลับควบคุมน้ำเข้า - ออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ จำนวน ๓๕๐ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับควบคุมน้ำเข้า - ออก ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นตลับทอน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็นตลับทอน้ำเข้า-ออก ชนิด ควบคุมการไหลของน้ำเกลือด้วยเครื่อง

๔.๒ มีสาย I/V ในตัว ออกแบบเฉพาะสำหรับต่อ Active FMS เข้ากับถุงน้ำเกลือซึ่งวางอยู่ในช่องบรรจุบนหลังเครื่อง (Bag Bay)

๔.๓ ตัว Active FMS มีถุงน้ำทิ้งขนาดความจุ ๕๐๐ cc. ติดอยู่

๔.๔ สายของ FMS ทั้งหมดทำจาก PVC

๔.๕ มีถุงคลุมถาดวางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๖ เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ Slit knife ๓.๐ mm.

๑. ความต้องการ

Slit knife ๓.๐ mm. จำนวน ๓๐๐ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

ใบมีดผ่าตัดตาพร้อมด้ามจับใช้เจาะเข้าลูกตา

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใบมีด Slit Knife ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อสามารถแทงผ่านเนื้อเยื่อตาได้ง่ายในการเปิดแผลผ่าตัดแบบ NEAR CLEAR CORNEAL INCISIONS หรือ CLEAR CORNEAL INCISION

๔.๒ เป็นมีดปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (DISPOSABLE) พร้อมด้ามจับเตรียมสำเร็จอยู่ในซองปราศจากเชื้อ

๔.๓ ใบมีดทำด้วย STAINLESS เนื้อดี มีความงอระหว่างปลายมีดกับด้ามจับ สะดวกในการทำ WOUND INCISION อีกทั้งใบมีดมีผิวด้าน (SATIN SURFACE) จึงลดการสะท้อนแสงจากกล้อง MICROSCOPE

๔.๔ มีความคมมากสามารถทำให้แผลมีขนาดกว้างพอดีที่จะทำให้ปลาย PHACO TIP เข้าไปในแผลผ่าตัดได้พอดี

๔.๕ ด้ามจับทำด้วย POLYSULFONATE PLASTIC จับกระชับมือ และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่าย ทนความร้อนในการเข้า AUTOCLAVE

๔.๖ บรรจุในถาดโพลีปราศจากเชื้อ ออกแบบเพื่อให้ใบมีดคมตลอดเวลา

๔.๗ CLEAR CUT SLIT KNIFE ๓.๐ MM. ANGLED ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ๖ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ Slit knife ๒.๗๕ mm.

๑. ความต้องการ

Slit knife ๒.๗๕ mm. จำนวน ๕๐ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

ใบมีดผ่าตัดตาพร้อมด้ามจับใช้เจาะเข้าลูกตา

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใบมีด Slit Knife ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อสามารถแทงผ่านเนื้อเยื่อตาได้ง่ายในการเปิดแผลผ่าตัดแบบ NEAR CLEAR CORNEAL INCISIONS หรือ CLEAR CORNEAL INCISION

๔.๒ เป็นมีดปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (DISPOSABLE) พร้อมด้ามจับเตรียมสำเร็จอยู่ในซองปราศจากเชื้อ

๔.๓ ใบมีดทำด้วย STAINLESS เนื้อดี มีความอระหว่งปลายมีดกับด้ามจับ สะดวกในการทำ WOUND INCISION อีกทั้งใบมีดมีผิวด้าน (SATIN SURFACE) จึงลดการสะท้อนแสงจากกล้อง MICROSCOPE

๔.๔ มีความคมมากสามารถทำให้แผลมีขนาดกว้างพอดีที่จะทำให้ปลาย PHACO TIP เข้าไปในแผลผ่าตัดได้พอดี

๔.๕ ด้ามจับทำด้วย POLYSULFONATE PLASTIC จับกระชับมือ และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่ายทนความร้อนในการเข้า AUTOCLAVE

๔.๖ บรรจุในภาชนะโพลีปราศจากเชื้อ ออกแบบเพื่อให้ใบมีดคมตลอดเวลา

๔.๗ CLEAR CUT SLIT KNIFE ๒.๗๕ MM. ANGLED ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ๖ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๔ ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาว

๑. ความต้องการ

ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาว จำนวน ๓๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับทำการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ประกอบเข็มสลายต่อกระดูก ขนาด ๑.๑ มม.

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้

- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มดูด (irrigation sleeve) ๑ ชิ้น

- หัวขันเกลียวหัวเข็ม (Wrench) ๑ ชิ้น

- ครอบรองรับน้ำ (Test Chamber) ๑ ชิ้น

- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาว (Irrigation sleeve with BSI) ๑ ชิ้น

๔.๒ ปลอกหุ้มมีผิวด้านนอกเรียบมาก จึงสามารถใส่ผ่านแผลได้ง่ายกว่า มีแรงเสียดทานต่อแผลน้อยกว่า

๔.๓ สามารถนำกลับไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้ ๑๐ ครั้ง

๔.๔ ใช้กับเครื่องสลายต่อกระดูก

๔.๕ บรรจุในซองปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๕ V-LANCE FULL Handle ๒๐ GA

๑. ความต้องการ

V-LANCE FULL Handle ๒๐ GA จำนวน ๑๕ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นมีดปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (DISPOSABLE) พร้อมด้ามจับเตรียมสำเร็จอยู่ในซองปราศจากเชื้อ
ใช้สำหรับทำ PARS PLANA INCISION ใน POSTERIOR VITRECTOMY

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใบมีดทำด้วย STAINLESS เนื้อดี มีขนาด ๒๐ GA. เหมาะกับเครื่องมือในการผ่าตัด

๔.๒ มีความคมมาก เพราะใช้เทคนิคการผลิตแบบ COLD FORGED

๔.๓ ด้ามถือทำด้วย POLYSULFONATE PLASTIC จับกระชับมือ และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่าย
ทนความร้อนในการเข้า AUTOCLAVE

๔.๔ บรรจุในสภาพโฝมปราศจากเชื้อ ออกแบบเพื่อให้ใบมีดคมตลอดเวลา

๔.๕ V-LANCE FULL HANDLE KNIFE ๒๐ GA. KNIFE ๑ กล่อง มี ๖ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๖ สารหนืดใช้ในลูกตาชนิดเข้มข้นสูง จำนวน ๔๐๐ ซีน

๑. ความต้องการ

สารหนืดใช้ในลูกตาชนิดเข้มข้นสูง จำนวน ๔๐๐ ซีน

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

VISCOAT ใช้ช่วยในการผ่าตัดในส่วน ANTERIOR SEGMENT รวมถึง CATARACT EXTRACTION และ INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION โดย VISCOAT MAINTAINS ความลึกของ CHAMBER และ ปกป้อง CORNEAL ENDOTHELIUM และเนื้อเยื่ออื่น นอกจากนี้ยังรักษา NORMAL POSITION ของ VITREOUS FACE

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ องค์ประกอบในสารหนืด ใน ๑ ML. ประกอบด้วย

๔.๑.๑ SODIUM CHONDROITIN SULFATE ๓๗ mg.

๔.๑.๒ SODIUM HYALURONATE ๒๙.๒ mg

๔.๒ SODIUM CHONDROITIN SULFATE และ SODIUM HYALURONATE มีคุณสมบัติทางเคมี และฟิสิกส์คล้ายกัน โดยจะผสมกันเป็น VISCOELASTIC SOLUTION ที่มี DYNAMIC VISCOSITY สูง และมี COATABILITY ที่ดีจึงสามารถปกป้อง CORNEAL ENDOTHELIUM และรักษาความลึกของ CHAMBER ตลอดขบวนการผ่าตัดนอกจากนี้ รักษา NORMAL POSITION ของ VITREOUS FACE ด้วย

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพหากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาริตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๗ หัวตัดน้ำวุ้นส่วนหน้าความเร็วในการตัดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ครั้ง/นาที

๑. ความต้องการ

หัวตัดน้ำวุ้นส่วนหน้าความเร็วในการตัดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ครั้ง/นาที จำนวน ๔๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหัวตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหน้า

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็นหัวต่อชนิด GUILLOTINE

๔.๒ สามารถทำ DRY หรือ WET VITRECTOMY ก็ได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพหากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ