

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Glove Disposable) เบอร์ S,M,L,SS (๑๐๐ ชิ้น/กล่อง)
จำนวน ๔๓,๘๐๐ กล่อง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (Glove Disposable) เบอร์ S,M,L,SS

- เบอร์ S จำนวน ๓๖,๐๐๐ กล่อง
- เบอร์ M จำนวน ๗,๒๐๐ กล่อง
- เบอร์ L จำนวน ๖๐๐ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สวมมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วย และผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษา
ในทางการแพทย์ที่มีใช้การผ่าตัด และรวมถึงการใช้สำหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่อาจ
ปนเปื้อนด้วย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นถุงมือยางทำจากธรรมชาติ สามารถสวมใส่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- ๓.๒ บรรจุกล่องละ ๑๐๐ ชิ้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ ต้องได้คุณภาพ มาตรฐานและข้อกำหนดของถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค คมพ.๒-๒๕๓๗ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
- ๔.๒ เมื่อตรวจพินิจต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอม
ในเนื้อยาง ขอบถุงมือยางต้องไม่ม้วนกลับขณะใช้งาน
- ๔.๓ สารที่ช่วยให้ลื่นในการสวมใส่ให้เป็นตาม USP ฉบับตีพิมพ์ครั้งหลังสุดในหัวข้อ ABSORBABLE
DUSTING POWDER หรือสารอื่นที่สามารถพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ๔.๔ ผ่านการทดสอบการรั่วซึม
- ๔.๕ การเจือสี สีที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย
- ๔.๖ การแต่งกลิ่น กลิ่นที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและไม่ทำให้อายุการใช้งานของถุงมือยางลดลง
- ๔.๗ การบรรจุต้องบรรจุในภาชนะทึบแสง สะอาด หุ้มห่อมิดชิด ทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษา
ในภาวะปกติ
- ๔.๘ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม
- ๔.๙ ระบุวันหมดอายุ บนกล่องบรรจุ
- ๔.๑๐ ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี
ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เบอร์ S,M,L ขนาดละ ๑ กล่อง (๑๐๐ ชิ้น) ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่..... ๒ ก.ค. ๒๕๖๖

