

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
I.V. Catheter เบอร์ ๒๒x๑, ๒๔x๐.๗๕ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ ชิ้น
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

I.V. Catheter เบอร์ ๒๒x๑ จำนวน ๗๐,๐๐๐ ชิ้น
เบอร์ ๒๔x๐.๗๕ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ให้สารน้ำ/ยาผ่านผิวหนังเข้าสู่เส้นเลือดดำ ปราศจากเชื้อ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ INTRAVENOUS CATHETER เป็นเข็มสำหรับใช้แทงและคาไว้ในเส้นเลือดดำ หรือเส้นเลือดแดง มีส่วนประกอบ ๒ ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก เรียกว่า CATHETER ชั้นในเป็นเข็มนำ INTERNEEDLE ทำด้วย STAINLESS STEEL (Medical Grade)

๓.๒ ขนาดบรรจุ ๕๐ ชิ้น/กล่อง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็นเข็มปลอดชนิด OVER-THE-NEEDLE ส่วนที่เป็นเข็มปลอด (CANULA CATHETER) ซึ่งอยู่ด้านนอก จะคาไว้ในเส้นเลือดดำหรือเส้นเลือดแดง ส่วนเข็มนำชั้นในทำด้วย STAINLESS STEEL

ตัวเข็ม

๔.๒ ทำจาก STAINLESS STEEL ตามมาตรฐานทางการแพทย์

๔.๓ เข็มมีลักษณะตรง แข็งแรง ปลายแหลมคม ไม่ขรุขระ ผิวเรียบลื่น ไม่เป็นสนิม

CATHETER

๔.๓ ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยาต่อร่างกาย ไม่มีปฏิกิริยาต่อสารละลายต่างๆ สามารถ X-ray เห็นได้

๔.๔ มีคุณสมบัติยืดหยุ่นดี และอยู่ในร่างกายได้นานโดยไม่หักงอหรือพับง่าย

๔.๕ ผิวด้านนอกและด้านในของ CATHETER และส่วนตัวระหว่าง CATHETER กับ HUB เรียบ

๔.๖ ท่อต่อปลายเข็ม เป็นด้ามจับลักษณะแข็ง มองเห็นการไหลของเลือดได้ชัดเจนขณะใช้งานส่วนปลาย แผ่นกรองปิดอยู่ด้านท้ายเพื่อให้เลือด สามารถไหลเข้ามาในท่อได้แต่ไหลออกไม่ได้

๔.๗ ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ (HUB) กับชุดให้สารน้ำ (IV SET) หรือวัสดุการแพทย์อื่น มีขนาดและสีมาตรฐานตามเบอร์เข็ม

๔.๘ ปลอกหุ้มเข็มมีลักษณะโปร่งใส แข็ง เพื่อใช้ป้องกันการบิดงอ ทิ่มแทง และปนเปื้อนของเข็ม

๔.๙ การบรรจุ บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติกที่ปราศจากเชื้อ ป้องกันการปนเปื้อนและบนภาชนะบรรจุ ระบุวันหมดอายุทุกชิ้น และกล่องบรรจุระบุวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ รุ่นที่ผลิต

๔.๑๐ ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อโดยการใช้ออกซิเจนไฮดรอกไซด์ หรือการฉายรังสีแกมมา หรือการฉายรังสีอื่นๆ และระบุวิธีการฆ่าเชื้อไว้ที่บริเวณข้างกล่องบรรจุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เบอร์ ๒๒x๑, ๒๔x๐.๗๕ จำนวนอย่างละ ๒ กล่อง ภาชนะบรรจุเต็ม โดยไม่เคยเปิดใช้มาก่อน ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ