

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๙ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลกำแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๔๕๐ เตียง ที่มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย โรงพยาบาลกำแพงเพชรจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุห้องผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๙ รายการ ไว้ใช้ในโรงพยาบาลอย่างเพียงพอและปลอดภัย

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับทำการผ่าตัดตาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๓. คุณสมบัติของผู้ที่ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมรกต มั่งวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุธานันท์ พุ่มน้อย)

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตาม สัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า นั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางมรกต มั่งวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุธานันท์ พุ่มน้อย)

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา


(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)


(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้


(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางมรกต มั่งวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสุรานันท์ พุ่มน้อย)

๔. ความต้องการ

- รายการที่ ๑ ตลับควบคุมน้ำเข้า – ออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ (Active FMS Basic) จำนวน ๓๖๕ ชิ้น
- รายการที่ ๒ Slit knife ๓.๐ mm. จำนวน ๒๐๐ กล่อง
- รายการที่ ๓ Slit knife ๒.๗๕ mm. จำนวน ๑๒๐ กล่อง
- รายการที่ ๔ Ophthalmic knife ๑๕ องศา จำนวน ๘๐ กล่อง
- รายการที่ ๕ ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาว (สีม่วง) จำนวน ๓๐ ชิ้น
- รายการที่ ๖ V-LANCE FULL HANDLE ๒๐ GA จำนวน ๑๐ กล่อง
- รายการที่ ๗ SOFT TIP NEEDLE ๒๕ GA จำนวน ๑๐ กล่อง
- รายการที่ ๘ FLEX IRIS RETRACTOR จำนวน ๔ ชิ้น
- รายการที่ ๙ สารเหน็ดใช้ในลูกตาชนิดเข้มข้นสูง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

๕. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการผ่าตัดตา

๖. คุณสมบัติเฉพาะ

๖.๑ ตลับควบคุมน้ำเข้า – ออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ (Active FMS Basic)

- เป็นตลับทอน้ำเข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
- เป็นตลับทอน้ำเข้า-ออก ชนิด ควบคุมการไหลของน้ำเกลือด้วยเครื่อง
- มีสาย I/V ในตัว ออกแบบเฉพาะสำหรับต่อ Active FMS เข้ากับถุงน้ำเกลือซึ่งวางอยู่ในช่องบรรจุบนหลังเครื่อง (Bag Bay)
- ตัว Active FMS มีถุงน้ำทั้งขนาดความจุ ๕๐๐ cc. ติดอยู่
- สายของ FMS ทั้งหมดทำจาก PVC
- มีถุงคลุมภาควางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชิ้น
- เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมรกต มิ่งวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุธานันท์ พุ่มน้อย)

๖.๒ Slit knife ๓.๐ mm.

- ใบมีด Slit Knife ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อสามารถแทงผ่านเนื้อเยื่อตาได้ง่ายในการเปิดแผลผ่าตัดแบบ NEAR CLEAR CORNEAL INCISIONS หรือ CLEAR CORNEAL INCISION
- เป็นมีดปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (DISPOSABLE) พร้อมด้ามจับเตรียมสำเร็จอยู่ในซองปราศจากเชื้อ
- ใบมีดทำด้วย STAINLESS เนื้อดี มีความงอระหว่างปลายมีดกับด้ามจับ สะดวกในการทำ WOUND INCISION อีกทั้งใบมีดมีผิวด้าน (SATIN SURFACE) จึงลดการสะท้อนแสงจากกล้อง MICROSCOPE
- มีความคมมากสามารถทำให้แผลมีขนาดกว้างพอดีที่จะทำให้ปลาย PHACO TIP เข้าไปในแผลผ่าตัดได้พอดี
- ด้ามจับทำด้วย POLYSULFONATE PLASTIC จับกระชับมือ และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่าย ทนความร้อนในการเข้า AUTOCLAVE
- บรรจุในสภาพโคมปราศจากเชื้อ ออกแบบเพื่อให้ใบมีดคมตลอดเวลา
- CLEAR CUT SLIT KNIFE ๓.๐ MM. ANGLED ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ๖ ชิ้น

๖.๓ Slit knife ๒.๗๕ mm.

- มีใบมีด Slit Knife ที่ออกแบบพิเศษ เพื่อสามารถแทงผ่านเนื้อเยื่อตาได้ง่ายในการเปิดแผลผ่าตัดแบบ NEAR CLEAR CORNEAL INCISIONS หรือ CLEAR CORNEAL INCISION
- เป็นมีดปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (DISPOSABLE) พร้อมด้ามจับเตรียมสำเร็จอยู่ในซองปราศจากเชื้อ
- ใบมีดทำด้วย STAINLESS เนื้อดี มีความงอระหว่างปลายมีดกับด้ามจับ สะดวกในการทำ WOUND INCISION อีกทั้งใบมีดมีผิวด้าน (SATIN SURFACE) จึงลดการสะท้อนแสงจากกล้อง MICROSCOPE
- มีความคมมากสามารถทำให้แผลมีขนาดกว้างพอดีที่จะทำให้ปลาย PHACO TIP เข้าไปในแผลผ่าตัดได้พอดี
- ด้ามจับทำด้วย POLYSULFONATE PLASTIC จับกระชับมือ และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่าย ทนความร้อนในการเข้า AUTOCLAVE
- บรรจุในสภาพโคมปราศจากเชื้อ ออกแบบเพื่อให้ใบมีดคมตลอดเวลา
- CLEAR CUT SLIT KNIFE ๒.๗๕ MM. ANGLED ขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ๖ ชิ้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมรกต มั่งวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุธานันท์ พุ่มน้อย)

๖.๔ Ophthalmic knife ๑๕ องศา

- เป็นมีดปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (DISPOSABLE) พร้อมด้ามจับเตรียมสำเร็จอยู่ในซองปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับทำ GROOVE INCISION และ SIDE PORT
- ใบมีดทำด้วย STAINLESS เนื้อดี พร้อมด้ามจับสะดวกในการทำ WOUND INCISION
- มีความคมมาก เพราะใช้เทคนิคการผลิตแบบ COLD FORGED จึงสามารถแทงผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย
- ด้ามถือทำด้วย POLYSULFONATE PLASTIC จับกระชับมือ และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่ายทนความร้อนในการเข้า AUTOCLAVE
- บรรจุในภาชนะโพลีปราศจากเชื้อ ออกแบบเพื่อให้ใบมีดคมตลอดเวลา

๖.๕ ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาว (สีม่วง)

ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้

- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มดูด (irrigation sleeve) ๑ ชิ้น
- ตัวขันเกลียวหัวเข็ม (Wrench) ๑ ชิ้น
- กระบอกกรองน้ำ (Test Chamber) ๑ ชิ้น
- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาว (Irrigation sleeve with BSI) ๑ ชิ้น
- ปลอกหุ้มมีผิวด้านนอกเรียบมาก จึงสามารถใส่ผ่านแผลได้ง่ายกว่า มีแรงเสียดทานต่อแผลน้อยกว่า
- สามารถนำกลับไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้ ๑๐ ครั้ง
- ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจก
- บรรจุในซองปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

๖.๖ V-LANCE FULL HANDLE ๒๐ GA

- เป็นมีดปลายแหลมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (DISPOSABLE) พร้อมด้ามจับเตรียมสำเร็จอยู่ในซองปราศจากเชื้อ ใช้สำหรับทำ Pars Plana Incision ใน Posterior Vitrectomy
- ใบมีดทำด้วย STAINLESS เนื้อดี มีขนาด ๒๐ GA. เหมาะกับเครื่องมือในการผ่าตัด
- มีความคมมาก เพราะใช้เทคนิคการผลิตแบบ COLD FORGED
- ด้ามถือทำด้วย POLYSULFONATE PLASTIC จับกระชับมือ และควบคุมการเคลื่อนไหวได้ง่ายทนความร้อนในการเข้า AUTOCLAVE
- บรรจุในภาชนะโพลีปราศจากเชื้อ ออกแบบเพื่อให้ใบมีดคมตลอดเวลา
- V-LANCE FULL HANDLE KNIFE ๒๐ GA. KNIFE ๑ กล่อง มี ๖ ชิ้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นางมรกต มังวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสุธานันท์ พุ่มน้อย)

๖.๗ SOFT TIP NEEDLE ๒๕ GA

- เป็นเข็มขนาด ๒๕ GA
- มีปลายทำด้วย Silicone สีเขียว ทำให้มองเห็นได้ง่าย
- ใช้จุดของเหลวบริเวณใกล้จอประสาทตา โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้น กระแทกกระเทือน
- ใช้ต่อกับด้ามจับชนิด Grishaber Cannulated หรือ Flute Handle
- เป็นอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียว

๖.๘ FLEX IRIS RETRACTOR

- ทำจากไททาเนียมที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง
- ปลายด้านหนึ่งงอเป็นขอใช้เกี่ยวขอบม่านตา (IRIS) เพื่อขยายม่านตาขณะทำการผ่าตัด
- บรรจุของละ ๕ ชิ้น

๖.๙ สารเหนียวใช้ในลูกตาชนิดเข้มข้นสูง

- VISCOAT ใช้ช่วยในการผ่าตัดในส่วน ANTERIOR SEGMENT รวมถึง CATARACT EXTRACTION และ INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION โดย VISCOAT MAINTAINS ความลึกของ CHAMBER และปกป้อง CORNEAL ENDOTHELIUM และเนื้อเยื่ออื่น นอกจากนี้ ยังรักษา NORMAL POSITION ของ VITREOUS FACE
- องค์ประกอบในสารเหนียว ใน ๑ ML. ประกอบด้วย
 - SODIUM CHONDROITIN SULFATE ๓๗ mg.
 - SODIUM HYALURONATE ๒๙.๒ mg
- SODIUM CHONDROITIN SULFATE และ SODIUM HYALURONATE มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์คล้ายกัน โดยจะผสมกันเป็น VISCOELASTIC SOLUTION ที่มี DYNAMIC VISCOSITY สูง และมี COATABILITY ที่ดีจึงสามารถปกป้อง CORNEAL ENDOTHELIUM และรักษาความลึกของ CHAMBER ตลอดขบวนการผ่าตัด นอกจากนี้ รักษา NORMAL POSITION ของ VITREOUS FACE ด้วย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมรกต มั่งวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุธานันท์ พุ่มน้อย)

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพหากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๗.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๘. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในวงเงิน ๑,๘๑๘,๓๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

๑๑. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จะชำระเงินค่าสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วย ให้แก่ผู้ขายภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขาย ได้แสดงหลักฐานการรับมอบให้แก่ผู้ซื้อ

๑๒. ค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตรา ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๓. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ เป็นเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมรกต มั่งวิฑิตกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาววาสนา สีละบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุธานันท์ พุ่มน้อย)