

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๑๔๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท -บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่..... กรกฎาคม ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน - ๑๔๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ ตามข้อมูลสถิติการซื้อ และตาม
ใบสั่งซื้อปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๑.นางสมภาพ ทาบ้านซ้อง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ
๒.นางสาวอารีย์ คำแดง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
๓.นางสาวอุทัย แจ่มใส ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร กลุ่มงานพัสดุ ๐-๕๕๗๑-๔๒๒๓-๕ ต่อ ๑๓๐๕-๖

ที่ กพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๓/๑๐๓ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคาากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำนวน ๓ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๑๕๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคาากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างข้อ ๒๗ ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี...ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ...ในข้อ (๒) ต้องมีรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จ้าง...ในข้อ (๓) ต้องมีราคามาตรฐานหรือราคาากลางของทางราชการ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อเท็จจริง

๓.๑ ราคาากลางได้มาจาก ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๓.๒ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนด ราคาากลางในการจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รวมเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑ หลอดทดลองพลาสติกใสชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable Plastic Tube) จำนวน ๕๐,๐๐๐ อัน ๆ ละ ๐.๗๕ บาท (เจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

รายการที่ ๒ น้ำยา Liss ๑๐ ml. จำนวน ๓๐๐ ขวด ๆ ละ ๓๑๐.๐๐ บาท (สามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๓ น้ำยา Anti-D ๑๐ ml. จำนวน ๔๐ ขวด ๆ ละ ๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ข้อพิจารณา

เห็นควรอนุมัติราคาากลาง และให้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ไปดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสมพร ทาบ้านหม้อง)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอารีย์ คำแดง)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอุทัย แจ่มใส)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ


๒/ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางและนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ไปดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จักเป็นพระคุณ



(นายไพโรจน์ สุขสำราญ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



(นายวิเศษ อุดมศิลป์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายพิชัย ศิริพรพาณิชย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ หลอดทดลองพลาสติกใสชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable Plastic Tube)

๑. ความต้องการ

หลอดทดลองพลาสติกใสชนิดใช้แล้วทิ้ง (Disposable Plastic Tube) จำนวน ๔๐,๐๐๐ อัน

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นหลอดทดลองชนิดพลาสติกสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

๓.๒ บรรจุกล่องละ ๒๕๐ อัน

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เป็นหลอดพลาสติกชนิด polystyrene (PS) ผลิตจากพลาสติกบริสุทธิ์มีความใส

๔.๒ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร ความยาว ๗๕ มิลลิเมตร

๔.๓ สามารถทนทานต่อการปั่น ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที

๔.๔ ไม่ใช้สารหล่อลื่นในกระบวนการผลิต เนื่องจากอาจจะมีผลกระทบกับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพของพัสดุภายในระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต และผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕

๕.๔ พักตร์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ นํ้ายา Liss๑๐ ml.

๑. ความต้องการ

นํ้ายา Liss๑๐ ml. จำนวน ๓๐๐ ขวด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในงานทดสอบหาแอนติบอดีในระบบหมู่เลือดและทดสอบการเข้ากันได้ของเลือดในงานธนาคารเลือด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นนํ้ายาสำเร็จรูป บรรจุในขวด ๑๐ มิลลิลิตร และมีฟาหยดนํ้ายา

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ เป็นนํ้ายาเพิ่มเติมในการทดสอบ Antibody screening and identification หรือ Crossmatching เพื่อลด Ionic strength

๔.๒ สามารถทำให้ปฏิกิริยา Antigen-Antibody เกิดได้ดีขึ้น เพื่อลดเวลาในการ Incubate ให้สั้นกว่า การทดสอบใน Saline/albumin หรือ Saline

๔.๓ เป็นนํ้ายาที่สามารถลดเวลาการ Incubate ให้เหลือ ๑๐ นาที และ ๕ นาทีได้

๔.๔ เป็นนํ้ายาที่มี Bovine albumin เป็นส่วนประกอบ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพของพัสดุภายในระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ เป็นนํ้ายาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระบบสากล CE-Mark

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะจัดส่งนํ้ายาพร้อมใบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Certificate of Analysis or Certificate of Batch release) ทุกครั้งการผลิต

๕.๗ พัสดุดังกล่าวอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ น้ำยา Anti-D ๑๐ ml.

๑. ความต้องการ

น้ำยา Anti-D ๑๐ ml. จำนวน ๔๐ ขวด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในงานการทดสอบหาแอนติเจน D ในระบบหมู่เลือด Rhesus ในงานธนาคารเลือด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นน้ำยาสำเร็จรูป บรรจุในขวด ๑๐ มิลลิลิตร และมีฝาหยดน้ำยา

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ น้ำยาต้องเป็นน้ำยาสำเร็จรูปที่ใช้ตรวจหา D-antigen ในหมู่เลือดระบบหมู่เลือด Rhesus โดยเทคนิค Slide test และ Tube test

๔.๒ น้ำยาต้องมีแอนติบอดีชนิด IgM/IgG (Cell line TH-๒๘/MS-๒๖)

๔.๓ น้ำยาต้องมีความแรงของแอนติบอดี ไม่น้อยกว่า ๑ : ๑๒๘ โดยวิธี Tube test

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพของวัสดุภายในระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้

๕.๒ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระบบสากล CE-Mark และผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งน้ำยาพร้อมใบรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Certificate of Analysis or Certificate of Batch release) ทุกรุ่นการผลิต

