



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูก
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูก
ร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๗ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยเงินบำรุง
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกำแพงเพชร
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐.....
ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร และกำหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ
โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐.....ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.kph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐
ต่อ ๑๓๐๕, ๑๓๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐.....

(นางรจนา ขอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดแนบท้ายอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูก
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	หัวจี้ สำหรับจี้หยุดเลือดชนิดปลายโค้ง	๓๔	๖,๕๒๗.๐๐	๒๒๑,๙๑๘.๐๐
๒	สายเคเบิลสำหรับต่อกับหัวจี้	๕๐	๑,๖๐๕.๐๐	๘๐,๒๕๐.๐๐
๓	เข็มดูดเยื่อหุ้มเลนส์ ขนาด ๐.๓ มม. ชนิดลำตัวเล็ก	๓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔	เข็มสลายต่อกระดูก ชนิดเข็มเล็กปลายกว้างพิเศษ	๔๘	๑,๗๑๒.๐๐	๘๒,๑๗๖.๐๐
๕	ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีฟ้าเข็ม	๔๘	๘๕๖.๐๐	๔๑,๐๘๘.๐๐
๖	ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีม่วงเข็ม	๔๘	๘๕๖.๐๐	๔๑,๐๘๘.๐๐
๗	ใบมีดพร้อมด้าม	๑๔	๑,๗๑๒.๐๐	๒๓,๙๖๘.๐๐
ราคากลางรวม				๕๒๐,๔๘๘.๐๐

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่...../๒๕๖๐
การซื้ออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูก
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๗ รายการ
ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๗ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ มีผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบ หรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ...๓๐... วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อแต่ละงวด

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่สอบราคาในครั้งนี้ จำนวน ๒ ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาณดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดของสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดของสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นของสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นของสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นของใบเสนอราคาที่เป็นฉบับของเรียบร้อย จำนวนของถึงประธานคณะกรรมการเปิดของสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๔๕ /๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นของสอบราคาแล้วจะไม่รับของสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดของใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการเปิดของสอบราคาเชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดของสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการเปิดของสอบราคา จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคา จะเปิดของใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอการดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม [] ราคาต่อรายการ [] ราคาต่อหน่วย

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
- (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
- (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ “ห้า” ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนำพันธบัตรดังกล่าวไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็นประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำมาวางเป็นหลักประกัน

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง ค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายข้อ ๑๑ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญา จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินดังกล่าวในการจัดซื้อ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แฉงการสั่งหรือนำลิ่งของที่ซื้อขายดั่งกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ลิ่งของที่ซื้อขายดั่งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกลิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ใน ข้อ ๒ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ

๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอนราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูก.....
ด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๗ รายการ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๕๒๐,๔๘๘.๐๐ - บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐.....
เป็นเงิน..... - ๕๒๐,๔๘๘.๐๐ - บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... ตามเอกสารแนบท้าย - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคากลางได้มาจาก ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. นางวิวรรรณ อุดมประภาทรัพย์..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....
 - ๕.๒. นางนงกช ปาลภินาล..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....
 - ๕.๓. นางอักษร ประดิษฐ์..... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ หัวจี้ สำหรับจี้หยุดเลือดชนิดปลายโค้ง

๑. ความต้องการ

หัวจี้ สำหรับจี้หยุดเลือดชนิดปลายโค้ง จำนวน ๓๔ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับจี้หยุดเลือดในขณะผ่าตัด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นหัวจี้สำหรับผ่าตัดตา ใช้กับเครื่องสลายต่อกระดูกหรือเครื่องผ่าตัดนำวันลูกตาส่วนหลังได้

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ สามารถนำกลับไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้

๔.๒ มีลักษณะปลายโค้ง

๔.๓ มีความยาว ๓.๕ นิ้ว

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ สายเคเบิลสำหรับต่อกับหัวจี้

๑. ความต้องการ

สายเคเบิลสำหรับต่อกับหัวจี้ จำนวน ๕๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับต่อกับหัวจี้ สำหรับจี้หยุดเลือดในขณะผ่าตัด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นสายเคเบิลสำหรับต่อกับหัวจี้ สำหรับจี้หยุดเลือด

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ สายหุ้มด้วยซิลิโคน สามารถนำกลับไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความร้อนได้

๔.๒ ใช้กับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง


๔.๓ ความยาวของสาย ๑๒ ฟุต

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ เข็มดูดเยื่อหุ้มเลนส์ ขนาด ๐.๓ มม. ชนิดลำตัวเล็ก

๑. ความต้องการ

เข็มดูดเยื่อหุ้มเลนส์ ขนาด ๐.๓ มม. ชนิดลำตัวเล็ก จำนวน ๓ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นเข็มดูดเยื่อหุ้มเลนส์ในการผ่าตัดต่อกระดูก ด้วยเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นหัวต่อ (TIP) ปลายมนใช้สำหรับต่อกับ I/A HANDPIECE เพื่อดูดเศษเซลล์ต่อกระดูก CORTEX ออกใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๓.๒ เป็น TIP ชนิดตรง (STRAIGHT) ทำด้วยวัสดุ STAINLESS STEEL เนื้อดี ส่วนปลายมนห่างจากปลาย TIP มีรู (PORT) ขนาด ๐.๓ มม. เพื่อดูดให้เศษเซลล์ต่อกระดูกผ่านออกสู่ I/A HANDPIECE ได้อย่างปลอดภัย

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใช้กับ I/A HANDPIECE ที่ต่อกับเครื่องสลายต่อกระดูกที่ทนแรงดูดได้สูงกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๔.๒ ส่วนโคนของ TIP เป็นเกลียว มีสีชมพูอมม่วงต่อกับ I/A HANDPIECE ได้แน่น โดยไม่ทำให้ I/A HANDPIECE ชำรุดเสียหาย

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๔ เข็มสลายต่อกระดูก ชนิดเข็มเล็กปลายกว้างพิเศษ
ความต้องการ

เข็มสลายต่อกระดูก ชนิดเข็มเล็กปลายกว้างพิเศษ จำนวน ๔๘ ชิ้น

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับต่อกับด้ามสลายต่อกระดูก เพื่อสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นอัลตราโซนิคใช้กับเครื่องมือผ่าตัด
ต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๒. คุณสมบัติทั่วไป

ทำด้วยวัสดุ TITANIUM ส่วนปลายมีลักษณะเป็นปลายตัด ๓๐ องศา มีลักษณะกลวงเพื่อจุดต่อกระดูก
ผ่านออกสู่ HANDPIECE และ CASSETTE ได้

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ทนต่อคลื่น ULTRASONIC ที่มีความถี่ ๔๐ KHz ได้ดี

๔.๒ ULTRASONIC TIP สามารถใช้สลายและจุดเศษนิวเคลียสต่อกระดูกที่แข็งมากได้

๔.๓ ส่วนโคนของ TIP เป็นเกลียวต่อกับ ULTRASONIC HANDPIECE ได้แน่นโดยไม่ทำให้ตัว ULTRASONIC
HANDPIECE ชำรุดเสียหาย

๔.๔ สามารถจุดจับนิวเคลียสได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันสามารถควบคุม ANTERIOR CHAMBER ให้ STABLE
ระหว่างการผ่าตัดได้ดี

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๕ ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีฟ้าเข็ม

๑. ความต้องการ

ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีฟ้าเข็ม จำนวน ๔๘ ชุด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีฟ้าเข็มพร้อมแกนในสำหรับลดการเกิดฟอง (Irrigation sleeve with BSI) ในการผ่าตัดต่อกระดูกแบบแผลเล็ก ขนาดแผล ๓.๐ มม.

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๓.๒ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีฟ้าเข็มพร้อมแกนในสำหรับลดการเกิดฟอง (Irrigation sleeve with BSI) ๑ ชิ้น
- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มดูด (Irrigation sleeve) สีฟ้าเข็ม ๑ ชิ้น
- ตัวขันเกลียวหัวเข็ม (Wrench) ๑ ชิ้น
- ปลอกสำหรับรองน้ำ (Test Chamber) ๑ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระดูกร่วมกับเครื่องสลายต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีม่วงเข้ม

๑. ความต้องการ

ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีม่วงเข้ม จำนวน ๔๘ ชุด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีฟ้าเข้มพร้อมแกนในสำหรับลดการเกิดฟอง (Irrigation sleeve with BSI) ในการผ่าตัดต่อกระดูกแบบแผลเล็ก ขนาดแผล ๒.๗๕ มม. ร่วมกับเข็ม Microtip

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระดูกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
- ๓.๒ บรรจุในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้งานได้ทันที


๔. คุณสมบัติเฉพาะ

ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มอัลตราซาวด์สีม่วงเข้มพร้อมแกนในสำหรับลดการเกิดฟอง (Irrigation sleeve with BSI) ๑ ชิ้น
- ปลอกหุ้มสำหรับหัวเข็มดูด (Irrigation sleeve) สีม่วงเข้ม ๑ ชิ้น
- ตัวขันเกลียวหัวเข็ม (Wrench) ๑ ชิ้น
- ปลอกสำหรับรองน้ำ (Test Chamber) ๑ ชิ้น

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดต่อกระจก ร่วมกับ เครื่องสลายต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
จำนวน ๗ รายการ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๗ ไบมีดพร้อมด้าม

๑. ความต้องการ

ไบมีดพร้อมด้าม จำนวน ๑๔ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ในการผ่าตัดตาทำ COMPLETE INCISION ได้และสามารถใช้ทำ GROOVE INCISION, CORNEAL SCLERAL-LIMBUS INCISION และ SCLERAL FLAP ได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นไบมีดเป็น STAINLESS STEEL นำมาฝนให้คมทีละชิ้นโดยไม่ใช้ความร้อนจะให้ความคงทนตลอดกระบวนการผ่าตัดส่วนปลายกลมมน ความยาวของไบมีดยาว ๑๑ มม. ช่วยให้มองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้ง่ายการ CONTROL ในการตัดเข้าระนาบตามต้องการ

๓.๒ ด้ามถือทำด้วย POLYSULFONATE ส่วนปลายทำเป็นรอยหยาบ (SAND BLAST) ทำให้มีความรู้สึกขณะจับมั่นคงและกระชับตัวด้ามมีน้ำหนักเบาใช้สะดวก

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใช้ในการผ่าตัดตาทำ COMPLETE INCISION ได้และสามารถใช้ทำ GROOVE INCISION, CORNEAL SCLERAL-LIMBUS INCISION และ SCLERAL FLAP ได้

๔.๒ สามารถ CONTROL ในการรักษาระนาบของ INCISION ได้

๔.๓ ไบมีดมีความคมทุกด้านทำให้บาดแผลไม่เกิด TISSUE DRAG และ TISSUE TRAUMA ทำให้แผลสมานเร็วขึ้น

๔.๔ พื้นผิวของไบมีดมีลักษณะเป็น SATIN FINISHED เพื่อลดการสะท้อนแสงจากกล้องจุลทรรศน์ ในขณะที่ผ่าตัดทำให้แพทย์สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

๔.๕ บรรจุในสภาพโคมปราศจากเชื้อออกแบบเพื่อให้ไบมีดคมตลอดเวลา

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

