



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกำแพงเพชร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐
ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร และกำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๐๒-๒๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕, ๑๓๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

(นางรจนา ขอนทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดแนบท้ายวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	Guide wire ERCP ✓	๒๔ ✓	๕,๒๔๓.๐๐	๑๒๕,๘๓๒.๐๐
๒	สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี ✓	๑๒ ✓	๕,๕๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
๓	ตะกร้อลากนิ่วในท่อน้ำดี ✓	๒ ✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔	ท่อขยายทางเดินน้ำดีชนิดพลาสติก ✓	๓๐ ✓	๑,๐๗๐.๐๐	๓๒,๑๐๐.๐๐
๕	บอลลูนลากนิ่วในท่อน้ำดี ✓	๑๖ ✓	๔,๖๐๑.๐๐	๗๓,๖๑๖.๐๐
๖	มีดตัดรูเปิดท่อน้ำดี ✓	๖ ✓	๕,๒๔๓.๐๐	๓๑,๔๕๘.๐๐
๗	Injection Needle No. ๒๓, ๒๕ ✓	๘๐ ✓	๑,๔๑๘.๐๐	๑๑๓,๔๔๐.๐๐
๘	สายจี้ห้ามเลือดในท่อทางเดินอาหาร ✓	๑๒ ✓	๙,๐๙๕.๐๐	๑๐๙,๑๔๐.๐๐
๙	Rotating clip ✓	๓๒ ✓	๓,๗๔๕.๐๐	๑๑๙,๘๔๐.๐๐
๑๐	PEG Set ✓	๑๖ ✓	๔,๑๗๓.๐๐	๖๖,๗๖๘.๐๐
๑๑	สายสวนเพื่อขยายท่อไต ✓	๒ ✓	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	สายฉีดยาในท่อทางเดินปัสสาวะ ✓	๒๐ ✓	๑,๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๓	สายตัดติ่งเนื้อในท่อทางเดินอาหาร ✓	๑๐ ✓	๑,๘๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
ราคากลางรวม				๘๑๐,๑๙๔.๐๐

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๕๐ / ๒๕๖๐
การซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร สอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
- ๒.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน รายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดหา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเสนอราคาเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ มีผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบ หรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ...๓๐... วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อแต่ละงวด

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่สอบราคาในครั้งนี้ จำนวน ๒ ชุด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาทีปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๕๐ /๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเชื่อว่าการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้างงาน เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กลุ่มงานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม ราคาต่อรายการ ราคาต่อหน่วย

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ “ห้า” ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ ในข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนำพันธบัตรดังกล่าวไปจดทะเบียน การใช้พันธบัตรเป็นประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนนำมาวางเป็นหลักประกัน

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่อง ค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกัน แทนฉบับเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจะซื้อจะขายข้อ ๑๑ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจะซื้อจะขายตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.๓ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๙.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินบำรุง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญา จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินดังกล่าวในการจัดซื้อ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อส่งของตามสอบ ราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดย ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ใน ข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ

๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อวัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... - ๘๑๐,๑๙๕.๐๐ - บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน..... - ๘๑๐,๑๙๕.๐๐ - บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... - ตามเอกสารแนบท้าย - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคากลางได้มาจาก ราคาค่าที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑. นางวิวรรรณ อุดมประภาพรทรัพย์ / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....
 - ๕.๒. นางขวัญจิต ศรีทวีกุล..... / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....
 - ๕.๓. นางนิติตา สิริวัฒน์กร..... / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ Guide wire ERCP

๑. ความต้องการ

Guide wire ERCP จำนวน ๒๔ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้เป็นลวดนำทางสายอุปกรณ์ต่างๆ เช่นสายฉีดสี, สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี, บอลลูนลากนิ้วเพื่อนำทางเข้าสู่ท่อน้ำดี

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ลวดนำทางชนิดปลายลื่นทำจากวัสดุ Nitinol ห่อหุ้มด้วยสารเพฟลอน และเคลือบ (Coating) ด้วยวัสดุพิเศษ (endoglide) เพื่อช่วยให้สายลื่นเมื่อโดนน้ำ

๓.๒ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ส่วนปลายทำจากวัสดุโลหะพิเศษ Tungsten และเป็น hydrophilic โดยจะมีความลื่นมากเมื่อสัมผัสกับน้ำ

๔.๒ สายมีความทึบรังสีสูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อผ่านการ X-ray

๔.๓ ตัวสายเคลือบด้วยวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า (Insulated jacket) สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่องจีได้ โดยไม่ต้องถอน Guide wire ออก

๔.๔ สายมีลายเหลืองดำ tiger strip เพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นการเคลื่อนที่ของสายเมื่อใช้ร่วมกับสายอุปกรณ์ชนิดอื่น

๔.๕ ลวดนำทางชนิดลื่นมีลักษณะสายกลมและยาว บริเวณส่วนปลาย ๕ ซม. เป็นโลหะพิเศษ มีแบบปลายตรง และแบบปลายงอขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว - ๐.๐๓๘ นิ้ว ความยาวไม่เกิน ๔๕๐ ซม.

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดราคา	เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี

๑. ความต้องการ

สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี จำนวน ๑๒ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ และเครื่องจี้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นสายสำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ และเครื่องจี้

๓.๒ สายตัดรูเปิดท่อน้ำดีชนิด ๓ ช่อง ตัวสายทำมาจากพลาสติกพิเศษ แบ่งออกเป็น ๓ ช่อง (lumen) สำหรับใส่ลวดนำทาง, ฉีดสารทึบรังสี และช่องของลวดตัด

๓.๓ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ มีด้ามจับที่ควบคุมการตัดพร้อมช่องต่อกันกับเครื่องจี้ทางด้านข้าง

๔.๒ สายขนาด ๗ เฟรนช์ ปลายเรียวเล็กลงเหลือ ๕.๕ เฟรนช์

๔.๓ ห่างจากปลายอุปกรณ์ ๕ มม. มีเส้นลวดสำหรับตัด (Cutting Wire) ความยาว ๒๐ มม. หรือ ๓๐ มม.

๔.๔ ลวดตัดเป็นแบบ Monofilament ทำให้บริเวณที่ทำการตัดไม่เปื่อยยุ่ย

๔.๕ Radiopaque tip สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อผ่านการ X-ray

๔.๖ สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕ นิ้วได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ ตะกร้อลากนิ้วในท่อน้ำดี

๑. ความต้องการ

ตะกร้อลากนิ้วในท่อน้ำดี จำนวน ๒ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ลากและขบนิ้วในท่อทางเดินน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ (Duodenoscope)

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ใช้กับกล้องที่มี working Channel ๓.๒ มม.

๓.๒ ด้านนอกเป็น Sheath พลาสติกใส ทำจากเทปลอนแข็ง ภายในเป็นขดลวดตลอดความยาวสายเพื่อการขบนิ้ว

๓.๓ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ตัวตะกร้อสามารถกางออกได้เต็มที่ มีลักษณะเป็นตะกร้อ ๔ เส้น คล้องนิ้วได้ง่าย

๔.๒ ตัวตะกร้อเมื่อกางออกเต็มที่ มีขนาดกว้างไม่เกิน ๓.๐ ซม.

๔.๓ ปลายสุดของตะกร้อสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากเอกซเรย์ (Radiopaque Tip)

๔.๔ สามารถใช้กับลวดนำขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว

๔.๕ สามารถต่อกับ Alliance II Handle เพื่อการขบนิ้ว

๔.๖ มีช่องสำหรับฉีดยาที่บั้งสี่

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๔ ท่อขยายทางเดินน้ำดีชนิดพลาสติก

๑. ความต้องการ

ท่อขยายทางเดินน้ำดีชนิดพลาสติก จำนวน ๓๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ขยายบริเวณที่ตีบตันเพื่อระบายน้ำดี

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นท่อขยายทางเดินน้ำดี ชนิดพลาสติก

๓.๒ ขนาดบรรจุ ท่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ (Duodenoscope) Working Channel ๓.๓ มม. ขึ้นไป

๔.๒ มีลักษณะกลม ยาว มีเสียง (Flap) หรือขดม้วนเป็นก้นหอย (Pigtail) ที่ปลายทั้งสองด้าน

๔.๓ มีรูกลวงตรงกลางตลอดความยาวเพื่อระบายน้ำดี

๔.๔ มีขนาดต่างๆ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ
๑	Pigtail Stent ๗/๕ cm.
๒	Pigtail Stent ๗/๑๐ cm.
๓	Pigtail Stent ๗/๑๕ cm.
๔	Pigtail Stent ๑๐/๕ cm.
๕	Pigtail Stent ๑๐/๑๐ cm.
๖	Pigtail Stent ๑๐/๑๕ cm.
๗	Bililary Stent ๗/๕ cm.
๘	Bililary Stent ๗/๗ cm.
๙	Bililary Stent ๗/๑๐ cm.
๑๐	Bililary Stent ๗/๑๒ cm.
๑๑	Bililary Stent ๗/๑๕ cm.
๑๒	Bililary Stent ๑๐/๕ cm.
๑๓	Bililary Stent ๑๐/๗ cm.
๑๔	Bililary Stent ๑๐/๑๐ cm.
๑๕	Bililary Stent ๑๐/๑๒ cm.
๑๖	Bililary Stent ๑๐/๑๕ cm.

คณะกรรมการกำกับดูแลรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	๑๔
(ลงชื่อ).....	๑๕
(ลงชื่อ).....	๑๖

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ)..... <i>ช.ค.</i>ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... <i>พ.ก.วิ.ต. อ.ท.ท.ท.</i>กรรมการ
(ลงชื่อ)..... <i>วิ.ก.ม.</i>กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๖ มีดตัดรูเปิดท่อน้ำดี

๑. ความต้องการ

มีดตัดรูเปิดท่อน้ำดี จำนวน ๖ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ และเครื่องจี้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นสายสำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ และเครื่องจี้

๓.๒ สายที่มีมีดตัดรูเปิดท่อน้ำดีชนิด ๓ ช่อง ตัวสายทำมาจากพลาสติกพิเศษ และตัวสายแบ่งออกเป็น ๓ ช่อง (lumens) สำหรับใส่ลวดนำทาง, ฉีดสารทึบรังสี และช่องของลวดตัด

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ มีด้ามจับที่ควบคุมการตัดพร้อมช่องต่อกันกับเครื่องจี้อยู่ทางด้านข้างส่วนปลายมีมีดตัดซึ่งตัวมีดตัดยาว ๔-๖ มม.

๔.๒ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อผ่านการ X ray

๔.๓ สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕ นิ้วได้

๔.๔ สายขนาด ๗ เฟรนซ์ ปลายเรียวเล็กลงเหลือ ๕.๕ เฟรนซ์

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๗ Injection Needle No. ๒๓, ๒๕

๑. ความต้องการ

Injection Needle No. ๒๓, ๒๕ จำนวน ๘๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับฉีดยาห้ามเลือดในท่อทางเดินอาหาร (หลอดอาหาร และกระเพาะอาหาร) โดยผ่านกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร (Endoscope)

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ทำจากวัสดุโพร่งใส สามารถมองเห็นภายในได้ชัดเจน ประกอบด้วย ๒ ส่วน สวมทับกัน โดยส่วนปลายของ Inner Catheter จะเป็นเข็มปลายแหลม

๓.๒ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ สามารถล็อคเข็มได้ โดยหมุนก้านที่ด้ามจับ

๔.๒ เข็มมีขนาด เบอร์ ๒๓, ๒๕ ความยาวเข็มไม่เกิน ๖ มม.

๔.๓ ขนาดสายไม่เกิน ๗ เฟรนซ์ ความยาวไม่เกิน ๒๔๐ ซม.

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำกับดูแลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๘ สายจี้ห้ามเลือดในท่อทางเดินอาหาร

๑. ความต้องการ

สายจี้ห้ามเลือดในท่อทางเดินอาหาร จำนวน ๑๒ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับจี้ห้ามเลือดในท่อทางเดินอาหาร เช่น หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ที่ปลายสายเป็นโลหะสีทอง เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า จะเกิดความร้อนใช้ห้ามเลือดปลายอีกด้านหนึ่งใช้สำหรับต่อเข้ากับเครื่องจี้

๓.๒ ขนาดบรรจุ ท่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ใช้กับเครื่องจี้ในโหมด Bipolar

๔.๒ สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจขนาด Working Channel ไม่เกิน ๓.๒ มม. ได้

๔.๓ ขนาดสายไม่เกิน ๑๐ เฟรนช์ ความยาวสายไม่เกิน ๓๐๐ ซม.

๔.๔ มีขนาด Gold Probe ๗F/๓๐๐ cm., Gold Probe ๑๐F/๓๐๐ cm.

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๙ Rotating clip

๑. ความต้องการ

Rotating clip จำนวน ๓๒ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นตัวหนีบทิ่มเลือดในท่อทางเดินอาหาร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นตัวหนีบทิ่มเลือดในท่อทางเดินอาหาร โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจที่มีขนาดช่องใส่อุปกรณ์ (working channel) ๒.๘ มม. ได้

๓.๒ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ตัวหนีบทิ่มประกอบด้วย ๒ ขา เมื่อกางแล้วมีความกว้างถึง ๑๑ มม.

๔.๒ ตัวหนีบทิ่มเมื่อเปิดกางแล้ว สามารถปิดกลับได้ หากยังไม่ถูกปล่อย (Deploy)

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาริตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑๐ PEG Set

๑. ความต้องการ

PEG Set จำนวน ๑๖ ชุด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใส่สายให้อาหารจากผนังหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหาร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นชุดสำหรับใส่สายให้อาหารจากผนังหน้าท้องเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง ร่วมกับการส่องกล้อง โดยไม่ต้องผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารเข้าทางกระเพาะอาหารโดยตรง จำเป็นต้องคายไว้นาน ๔ เดือนขึ้นไป

๓.๒ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ ชุด

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

ใน ๑ ชุดประกอบด้วย

๑. Silicone Gastrostomy Tube สายให้อาหารทำจากซิลิโคน มีความยืดหยุ่น มีตัวเลขบอกความยาวเป็นระยะ
๒. External Bolster เป็นแผ่นซิลิโคน สำหรับยึดสายให้อาหารกับผิวหนังบริเวณหน้าท้อง
๓. Y-Port Feeding adapter and Clamp ทำจากซิลิโคน มีฝาสำหรับเปิดและปิดเวลาให้อาหาร
๔. Needle เข็มสำหรับเจาะผนังหน้าท้อง เพื่อเป็นช่องสำหรับนำใส่สายให้อาหาร
๕. Insertion Wire สายคล้องเพื่อดึงสายให้อาหารผ่านผนังหน้าท้อง ทำจากพลาสติก
๖. Fenestrated Drape แผ่นพลาสติกสำหรับรองกันเปื้อน ในขณะเจาะผนังหน้าท้อง
๗. Scalpel No. ๑๑ Surgical Blade มีดสำหรับกรีดผนังหน้าท้อง
๘. Stainless Steel Scissors กรรไกรสำหรับตัดสายอุปกรณ์ ทำจากสแตนเลส
๙. Curved Kelly Hemostasis มีลักษณะคล้ายกรรไกร สำหรับหนีบสายอุปกรณ์ ทำจากสแตนเลส
๑๐. Gauze ๔"×๔" เป็นผ้าตาข่ายสำหรับซับเลือด ขนาด ๔×๔ นิ้ว

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑๑ สายสวนเพื่อขยายท่อไต

๑. ความต้องการ

สายสวนเพื่อขยายท่อไต จำนวน ๒ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับขยายท่อไต โดยใช้ร่วมกับกล้อง Ureteroscope

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นสายที่ส่วนปลายมีบอลลูนสำหรับขยายท่อไต โดยใช้ร่วมกับกล้อง Ureteroscope

๓.๒ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็น High Pressure สามารถต้านทานความดันสูงสุดไม่เกิน ๒๐ ATM

๔.๒ บอลลูนเมื่อขยายเต็มที่ มีขนาดไม่เกิน ๑๐ mm. ความยาวไม่เกิน ๑๐ cm.

๔.๓ ส่วนปลายของบอลลูนมีสารทึบรังสี สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก X-ray

๔.๔ สามารถใช้ร่วมกับ Guide wire ๐.๐๓๘ นิ้วได้

๔.๕ มีขนาด ๕ mm./๔ cm., ๖ mm./๔ cm.

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑๒ สายฉีดสีในท่อทางเดินปัสสาวะ

๑. ความต้องการ

สายฉีดสีในท่อทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๒๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับฉีดสารทึบรังสีเข้าสู่ท่อทางเดินปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัยโรค

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นสายสำหรับฉีดสารทึบรังสีเข้าสู่ท่อทางเดินปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัยโรค โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ
๓.๒ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นชนิดปลายเปิดทั้ง ๒ ด้าน (Open End)
๔.๒ ขนาด ๖ เฟรนช์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม.
๔.๓ มีขีดบอกระยะ ทุกๆ ๕ ซม. เป็นความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.
๔.๔ มี Removable Luer Lock Adapter ซึ่งสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งได้ใช้ในการฉีดสารทึบรังสี
๔.๕ สามารถใช้กับลวดนำทางขนาดไม่เกิน ๐.๐๓๘ นิ้วได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน
ระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุห้องผ่าตัด จำนวน ๑๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑๓ สายตัดติ่งเนื้อในท่อทางเดินอาหาร

๑. ความต้องการ

สายตัดติ่งเนื้อในท่อทางเดินอาหาร จำนวน ๑๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับตัดติ่งเนื้อ (Polyp) โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ (Endoscope) และเครื่องจี้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นห่วงลวดสำหรับตัดติ่งเนื้อ

๓.๒ ขนาดบรรจุ ห่อละ ๑ เส้น

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เมื่อต่อเข้ากับเครื่องจี้ กระแสไฟฟ้าจะทำให้ห่วงลวดเกิดความร้อน ทำให้สามารถตัดติ่งเนื้อได้

๔.๒ มีด้ามจับเพื่อควบคุมการยืด-หดของห่วงลวด และมีช่องสำหรับต่อเข้ากับเครื่องจี้

๔.๓ ความกว้างของห่วงลวดไม่เกิน ๒๗ มม.

๔.๔ มีขนาดต่างๆ ดังนี้

ลำดับ	รายการ
๑	Sensation Snare Std Oval ๒๗ mm. Medium stiff
๒	Sensation Snare ๒๗ mm.

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบพัสดุ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ