

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก แบบไม่ต่อเนื่อง จำนวน ๒ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ ตลับควบคุมน้ำเข้า-ออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

**๑. ความต้องการ**

ตลับควบคุมน้ำเข้า-ออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น

**๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน**

ใช้สำหรับควบคุมน้ำเข้า-ออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ

**๓. คุณสมบัติทั่วไป**

เป็นตลับควบคุมน้ำเข้า-ออกตา แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยมีสายน้ำเข้าออกตาในตัว โดยสามารถใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ปัจจุบัน

**๔. คุณสมบัติเฉพาะ**

๔.๑ ตลับควบคุมน้ำเข้าออกตา เป็นระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติแบบ Active Fluidic

๔.๒ ตลับควบคุมน้ำมีสายน้ำเกลือในตัว ไว้สำหรับต่อตลับควบคุมน้ำเข้ากับถุงน้ำเกลือซึ่งวางอยู่ในช่องบรรจุบนหลังเครื่อง

๔.๓ ตลับควบคุมน้ำมีถุงน้ำทึบติดตั้งมาพร้อมไว้สำหรับรองรับน้ำ และเศษต้อกระจกออกจากตา

๔.๔ สายน้ำของตลับควบคุมน้ำทึบหมุดทำจากวัสดุ PVC

๔.๕ มีถุงคลุมคาดวงอุปกรณ์จำนวน ๑ ชิ้น

**๕. เงื่อนไขเฉพาะ**

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องประยุกต์คุณภาพหากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาไม่ผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิมาก่อน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก แบบไม่ต่อเนื่อง จำนวน ๒ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

---

รายการที่ ๒ หัวตัดน้ำวุ่นส่วนหน้า ความเร็วในการตัดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ครั้ง/นาที

๑. ความต้องการ

หัวตัดน้ำวุ่นลูกตาส่วนหน้า ความเร็วในการตัด ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ครั้ง/นาที จำนวน ๒๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้กับเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ปัจจุบัน

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเป็นหัวตัดน้ำวุ่นลูกตาส่วนหน้า ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่โรงพยาบาลใช้งานอยู่ปัจจุบัน

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ มีความเร็วในการตัด ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ครั้ง/นาที

๔.๒ เป็นหัวต่อชนิด GUILLOTINE

๔.๓ สามารถทำ DRY หรือ WET VITRECTOMY

๔.๔ เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยทำให้ปราศจากเชื้อด้วย

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องประทับตราและลงนามในเอกสารนี้ หลังสินค้าชำรุดก่อนวันที่มีอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาไม่ผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

---

คณะกรรมการดำเนินรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(ลงชื่อ).....	.....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....	กรรมการ