

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
All inside meniscus repair
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

All inside meniscus repair จำนวน ๑๙๒ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการเย็บซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อเข่า ในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นวัสดุเส้นเปลือยเพื่อใช้สำหรับเย็บซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อเข่าโดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ ชนิด ๒ Implant พร้อมผูกเงื่อนไว้แล้ว

๓.๒ ผลิตจากวัสดุปลอดสนิมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็นวัสดุเส้นเปลือยสำหรับเย็บซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อเข่าโดยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ ชนิด ๒ Implant พร้อมผูกเงื่อนไว้แล้ว

๔.๒ มีลักษณะเป็นท่อนำไหมพร้อม Implant ตัวที่ ๑ อยู่ด้านปลายสุดและผูกเงื่อนไว้กับ Implant ตัวที่ ๒ ซึ่งอยู่ด้านในโลหะปลายแหลมรอกการ Load เมื่อต้นสลักที่ด้ามจับจนสุด

๔.๓ มีท่อพลาสติกหุ้มท่อโลหะปลายแหลม เพื่อใช้ในการเทียบระยะของขอบหมอนรองกระดูกในการแทงท่อโลหะเข้าหมอนรองกระดูก โดยมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

๔.๔ มีปลอกพลาสติกปลายแหลมลาดเอียงหุ้มท่อโลหะเพื่อป้องกัน Implant หลุดจากปลายเข็มโลหะ ก่อนที่จะแทงเข้าสู่หมอนรองกระดูก และสามารถรูดออกได้หลังจาก สอดท่อโลหะเข้าภายในข้อแล้ว

๔.๕ มีไหมชนิด ULTRABRAID ทำจาก UHMPE (ULTRA HIGH MOLEQULAR WEIGHT) ประกอบไว้กับ Implant เรียบร้อยแล้ว

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๒ มีระบุวันที่ผลิตและหมดอายุบนหีบห่อ

๕.๓ บรรจุหีบห่อแบบปลอดเชื้อสามารถนำมาใช้ได้ทันที

๕.๔ ผ่านการประเมินจากแพทย์ผู้ใช้งาน โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕.๕ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ระยะเวลาที่สัญญา มีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ