

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๓๑ - ๓๒ mm (EEA)
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

.....

๑. ความต้องการ

เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๓๑ - ๓๒ mm (EEA) จำนวน ๓๖ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตัดและเย็บต่อลำไส้ และหลอดอาหาร

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือแบบวงกลม มีลวดเย็บ ๒ แถว มีใบมีดแบบวงกลม

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สำหรับตัดต่อหลอดอาหาร และ ลำไส้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๓๑ มม.

๔.๒ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียมหน้าตัดขวาง ขนาดสูง ๐.๒๔ มม. กว้าง ๐.๓๕ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัว

๔.๓ ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บ ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๔ ลวดเย็บเรียงตัวในลักษณะไม่น้อย ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ในแนววงกลมล้อมรอบใบมีดแบบวงกลม

๔.๕ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ มม.

๔.๖ เมื่อยิงแล้วส่วนบารองจะพลิกเข้าหาแกนบารอง เพื่อความสะดวกในการนำเครื่องมือออก

๔.๗ ในการยิงจะต้องมีเสียง feed back จากเครื่องมือ และต้องมีกลไกความปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สามารถยิงได้ถ้าไม่อยู่ในระยะปลอดภัย

๔.๘ เครื่องมือมีความยาวด้ามไม่น้อยกว่า ๒๒ ซม.

๔.๙ สามารถถอดส่วนบารองและแกนบารองออกจากส่วนด้ามบรรจุได้

๔.๑๐ บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ บริษัทจะยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๒๘ mm
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

.....

๑. ความต้องการ

เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๒๘ mm จำนวน ๓๖ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตัดและเย็บต่อลำไส้ และหลอดอาหาร

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือแบบวงกลม มีลวดเย็บ ๒ แถว มีใบมีดแบบวงกลม

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สำหรับตัดต่อหลอดอาหาร และ ลำไส้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๒๘ มม.

๔.๒ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียมหน้าตัดขวาง ขนาดสูง ๐.๒๔ มม. กว้าง ๐.๓๕ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๖ ตัว

๔.๓ ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บ ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๔ ลวดเย็บเรียงตัวในลักษณะไม่น้อย ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ในแนววงกลมล้อมรอบใบมีดแบบวงกลม

๔.๕ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ มม.

๔.๖ เมื่อยิงแล้วส่วนบารองจะพลิกเข้าหาแกนบารอง เพื่อความสะดวกในการนำเครื่องมือออก

๔.๗ ในการยิงจะต้องมีเสียง feed back จากเครื่องมือ และต้องมีกลไกความปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สามารถยิงได้ถ้าไม่อยู่ในระยะปลอดภัย

๔.๘ เครื่องมือมีความยาวด้ามไม่น้อยกว่า ๒๒ ซม.

๔.๙ สามารถถอดส่วนบารองและแกนบารองออกจากส่วนด้ามบรรจุได้

๔.๑๐ บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ บริษัทจะยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๒๕ mm (EEA)
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

.....

๑. ความต้องการ

เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๒๕ mm (EEA) จำนวน ๔ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตัดและเย็บต่อลำไส้ และหลอดอาหาร

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือแบบวงกลม มีลวดเย็บ ๒ แถว มีใบมีดแบบวงกลม

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สำหรับตัดต่อหลอดอาหาร และ ลำไส้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๒๕ มม.

๔.๒ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียมหน้าตัดขวาง ขนาดสูง ๐.๒๔ มม. กว้าง ๐.๓๕ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒ ตัว

๔.๓ ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บ ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๔ ลวดเย็บเรียงตัวในลักษณะไม่น้อย ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ในแนววงกลมล้อมรอบใบมีดแบบวงกลม

๔.๕ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า ๑๖.๕ มม.

๔.๖ เมื่อยิงแล้วส่วนบารองจะพลิกเข้าหาแกนบารอง เพื่อความสะดวกในการนำเครื่องมือออก

๔.๗ ในการยิงจะต้องมีเสียง feed back จากเครื่องมือ และต้องมีกลไกความปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สามารถยิงได้ถ้าไม่อยู่ในระยะปลอดภัย

๔.๘ เครื่องมือมีความยาวด้ามไม่น้อยกว่า ๒๒ ซม.

๔.๙ สามารถถอดส่วนบารองและแกนบารองออกจากส่วนตลับบรรจุได้

๔.๑๐ บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ บริษัทจะยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๒๑ mm (EEA)
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

.....

๑. ความต้องการ

เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลมขนาด ๒๑ mm (EEA) จำนวน ๔ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ตัดและเย็บต่อลำไส้ และหลอดอาหาร

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องมือแบบวงกลม มีลวดเย็บ ๒ แถว มีใบมีดแบบวงกลม

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สำหรับตัดต่อหลอดอาหาร และลำไส้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๒๑ มม.

๔.๒ ประกอบด้วยลวดเย็บไททานเนียมหน้าตัดขวาง ขนาดสูง ๐.๒๔ มม. กว้าง ๐.๓๕ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ ตัว

๔.๓ ความสูงของตัวลวดก่อนการยิงเย็บ ๔.๘ มม. และสูง ๒.๐ มม. หลังการเย็บปิด

๔.๔ ลวดเย็บเรียงตัวในลักษณะไม่น้อย ๒ แถว สลับสับหว่างกัน ในแนววงกลมล้อมรอบใบมีดแบบวงกลม

๔.๕ เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้วจะมีขนาด lumen ไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ มม.

๔.๖ เมื่อยิงแล้วส่วนบารองจะพลิกเข้าหาแกนบารอง เพื่อความสะดวกในการนำเครื่องมือออก

๔.๗ ในการยิงจะต้องมีเสียง feed back จากเครื่องมือ และต้องมีกลไกความปลอดภัยที่จะทำให้ไม่สามารถยิงได้ถ้าไม่อยู่ในระยะปลอดภัย

๔.๘ เครื่องมือมีความยาวด้ามไม่น้อยกว่า ๒๒ ซม.

๔.๙ สามารถถอดส่วนบารองและแกนบารองออกจากส่วนตลับบรรจุได้

๔.๑๐ บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาให้มีผลบังคับใช้ บริษัทจะยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๓ อายุปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ