

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Suction Catheter แบบ finger tip control เบอร์ ๖ - ๑๖
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

Suction Catheter ชนิด control finger tip

- เบอร์ ๖ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เส้น
- เบอร์ ๘ จำนวน ๔,๐๐๐ เส้น
- เบอร์ ๑๐ จำนวน ๒,๐๐๐ เส้น
- เบอร์ ๑๔ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ เส้น
- เบอร์ ๑๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เส้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับดูดของเหลวในร่างกาย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นสายดูดของเหลวในร่างกายชนิดพลาสติก ควบคุมการดูดได้ด้วยนิ้วมือ หรือเครื่องดูดเมื่อปิดฝา

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นท่อพลาสติก ทำจาก PVC ชนิด Medical Grade มีลักษณะอ่อนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ ไม่พับ และ
ไม่หักงอง่าย
- ๔.๒ ตัวสายนอกเส้น เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน เมื่อทำการสอดใส่สายเข้าไปใน Endotracheal Tube
- ๔.๓ ปลายสายมีรูเปิด ขอบรูเปิดมนเรียบ ไม่มีส่วนแหลมคม และด้านข้างสายส่วนปลายด้านล่าง มีรู ๒-๓ รู
เพื่อช่วยระบายเสมหะและป้องกันการอุดตันของเสมหะ
- ๔.๔ ตัวควบคุมการดูดเสมหะเป็นแบบฝา ปิด/เปิดได้ และสามารถควบคุมการดูดเสมหะได้ทั้งแบบต่อเนื่อง
และแบบเป็นจังหวะ
- ๔.๕ ตัวควบคุมมีสีมาตรฐาน บอกขนาดของตัวสาย ทำให้สะดวกในการหยิบใช้
- ๔.๖ เป็นสายดูดเสมหะที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์การมาตรฐาน เช่น ISO หรือ
มาตรฐานอื่นที่เป็นสากล
- ๔.๗ ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโดยการใช้ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ การฉายรังสีแกมมา หรือการฉายรังสีอื่นๆ และ
ระบุวิธีการฆ่าเชื้อดังกล่าวไว้ที่ซองบรรจุทุกเส้น
- ๔.๘ บรรจุในซองพลาสติกที่ปิดสนิท ไม่เปียกเมื่อสัมผัสน้ำและแอลกอฮอล์
- ๔.๙ ซองบรรจุทุกซองของสาย ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ กรรมวิธีการฆ่าเชื้อ เป็นตัวอักษร
ที่ไม่หลุดลอกง่าย โดยไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์ติด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี
ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เบอร์ ๖ และ เบอร์ ๑๔ อย่างละ ๓๐ เส้น ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่..... ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ