

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อแบบไม่มีขอบ เบอร์ ๖.๐ ถึง ๘.๐
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

ถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อไม่มีขอบ

- เบอร์ ๖.๕ จำนวน ๑๙,๒๐๐ คู่
- เบอร์ ๗.๐ จำนวน ๒๐,๘๐๐ คู่
- เบอร์ ๗.๕ จำนวน ๑๔,๔๐๐ คู่
- เบอร์ ๘.๐ จำนวน ๓,๘๔๐ คู่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับงานศัลยกรรมของแพทย์ห้องผ่าตัด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับงานศัลยกรรมและงานปลอดเชื้อ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้
- ๓.๒ แบ่งที่ใช้คลุกถุงมือเพื่อช่วยในการสวมใส่เป็นแบ่งที่ใช้สำหรับคลุกถุงมือที่ใช้ในวงการแพทย์เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้เห็นชัดเจน ตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด
- ๔.๒ ถุงมือทุกคู่มีลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือเหมาะสม สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วได้พอดี และสวมทับปลายแขนเสื้อคลุมผ่าตัดได้ดีไม่หลุด
- ๔.๓ ถุงมือบรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้ว และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว
- ๔.๔ เนื้อยางโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน
- ๔.๕ มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายี่ห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ หน้ากล่องบรรจุ และซอง บรรจุอยู่ในซองที่สภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด
- ๔.๖ ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิใดๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่องาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
- ๔.๗ เป็นถุงมือที่ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการศัลยกรรม
- ๔.๘ เมื่อนำกลับมาฆ่าเชื้อซ้ำสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการนึ่งไอน้ำที่อุณหภูมิ ๑๒๐ องศาเซลเซียส และสามารถนำกลับมาใช้ได้ โดยยังมีคุณภาพที่ใช้งานได้ดี

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

๔.๙ มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิใดๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความเป็นสากลเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่ลื่นหลุดง่ายขณะเปียก

๔.๑๐ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ / ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ หรือเทียบเท่า

๔.๑๑ ได้รับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา โดยผ่านการทดสอบคุณภาพถุงมืออย่างสำหรับการศัลยกรรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๔๗

๔.๑๒ ได้รับมาตรฐาน มอก.๕๓๘ - ๒๕๔๘ หรือเทียบเท่า

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เบอร์ ๖.๕ และ ๗ อย่างละ ๑ กล่องขนาดบรรจุ ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่..... ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๑

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ)..... <i>พ.ท. จ.ว.</i> ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... <i>พ.ท. จ.ว.</i> กรรมการ
(ลงชื่อ)..... <i>พ.ท. จ.ว.</i> กรรมการ