

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Glove Sterile (ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ) แบบไม่มีขอบ เบอร์ ๖.๐ ถึง ๘.๐
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

Glove Sterile (ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ) แบบไม่มีขอบ เบอร์ ๖.๐ ถึง ๘.๐

- เบอร์ ๖.๐ จำนวน ๑,๒๐๐ คู่
- เบอร์ ๖.๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ คู่
- เบอร์ ๗.๐ จำนวน ๒๔,๐๐๐ คู่
- เบอร์ ๗.๕ จำนวน ๑๖,๐๐๐ คู่
- เบอร์ ๘.๐ จำนวน ๗,๒๐๐ คู่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับงานศัลยกรรมของแพทย์ห้องผ่าตัด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นถุงมือที่ใช้สำหรับงานศัลยกรรมและงานปลอดเชื้อ ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้

๓.๒ แบ่งที่ใช้คลุกถุงมือเพื่อช่วยในการสวมใส่เป็นแบ่งที่ใช้สำหรับคลุกถุงมือที่ใช้ในวงการแพทย์เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุขนาดและระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือข้างขวา (R) ให้เห็นชัดเจน ตามมาตรฐานสากล และไม่หลุดลอกเวลาทำความสะอาด

๔.๒ ถุงมือทุกคู่มิลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่ลื่นหลุด และไม่บีบรัดมากเกินไป ความยาวของถุงมือเหมาะสม สามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วได้พอดี และสวมทับปลายแขนเสื้อคลุมผ่าตัดได้ดีไม่หลุด

๔.๓ ถุงมือบรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ ลักษณะนิ้วของถุงมืออยู่ในท่าเหยียดนิ้ว และผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อมาแล้ว

๔.๔ เนื้อยางโปร่งแสง มีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน

๔.๕ มีฉลากแสดงชื่อ ประเภท ขนาดของถุงมือ ตรายี่ห้อสินค้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ผลิต วันหมดอายุ หน้ากล่องบรรจุ และซอง บรรจุอยู่ในซองที่สภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด

๔.๖ ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรูรั่ว หรือปราศจากรอยตำหนิใดๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่องาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง

๔.๗ เป็นถุงมือที่ผ่านการตรวจสอบรูรั่ว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมืออย่างสำหรับการศัลยกรรม

๔.๘ เมื่อนำกลับมาฆ่าเชื้อซ้ำสามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีการนึ่งไอน้ำที่ อุณหภูมิ ๑๒๐ องศาเซลเซียส และสามารถนำกลับมาใช้ได้ โดยยังมีคุณภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.๙ มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิใดๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความเป็นสากล เพื่อให้หยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้โดยไม่ลื่นหลุดง่ายขณะเปียก

๔.๑๐ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ / ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๐๓ หรือเทียบเท่า

๔.๑๑ ได้รับอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์จากคณะกรรมการอาหารและยา โดยผ่านการทดสอบคุณภาพถุงมืออย่างสำหรับการศัลยกรรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๔๗

๔.๑๒ ได้รับมาตรฐาน มอก.๕๓๘ - ๒๕๔๘ หรือ เทียบเท่า

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุ หรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เบอร์ ๖.๕ และ ๗ อย่างละ ๑ กล่องขนาดบรรจุ ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ