

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุ ortho จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ Broad DCP ๕ - ๑๘ รู จำนวน ๓๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

Broad DCP ๕ - ๑๘ รู จำนวน ๓๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในยึดตรึงกระดูกยาวค้ำขนาดใหญ่ที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ทำด้วยโลหะเหล็กปลอดสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Stainless steel grade ๓๑๖L for medical device instrument)

๓.๒ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑, CE ๐๔๓๔

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ทำด้วยโลหะ Stainless Steel grade ๓๑๖L

๔.๒ มีความหนา ๔.๕ มม.

๔.๓ มีความกว้าง ๑๖.๐ มม.

๔.๔ มีระยะห่างระหว่างรูสกรู (Hole Spacing) ๑๖.๐ มม. และ ๒๕.๐ มม.

๔.๕ มีความยาวของรูสกรู (Hole Length) ๘.๐ มม.

๔.๖ มีรูปแบบ Self-compression Holes สามารถใช้กับ Cortex screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ มม. และ Cancellous screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ มม. ได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันการใช้งานปกติ ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุ ortho จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ Narrow DCP ๔ - ๑๖ รู จำนวน ๔๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

Narrow DCP ๔ - ๑๖ รู จำนวน ๔๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในยึดตรึงกระดูกซี่โครงขนาดใหญ่ที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ทำด้วยโลหะเหล็กปลอดสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Stainless steel grade ๓๑๖L for medical device instrument)

๓.๒ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑, CE ๐๔๓๔

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ทำด้วยโลหะ Stainless Steel grade ๓๑๖L

๔.๒ มีความหนา ๔.๐ มม.

๔.๓ มีความกว้าง ๑๒.๐ มม.

๔.๔ มีระยะห่างระหว่างรูสกรู (Hole Spacing) ๑๖.๐ มม. และ ๒๕.๐ มม.

๔.๕ มีความยาวของรูสกรู (Hole Length) ๘.๒ มม.

๔.๖ มีรูปแบบ Self-compression Holes สามารถใช้กับ Cortex screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ มม. และ Cancellous screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ มม. ได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันการใช้งานปกติ ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุ ortho จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ Small DCP ๔ - ๑๐ รู จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

Small DCP ๔ - ๑๐ รู จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในยึดตรึงกระดูกอย่างค้ำขนาดใหญ่ที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษนิยมได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ทำด้วยโลหะเหล็กปลอดสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Stainless steel grade ๓๑๖L for medical device instrument)

๓.๒ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑, CE ๐๔๓๔

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ทำด้วยโลหะ Stainless Steel grade ๓๑๖L

๔.๒ มีความหนา ๓.๐ มม.

๔.๓ มีความกว้าง ๑๐.๐ มม.

๔.๔ มีระยะห่างระหว่างรูสกรู (Hole Spacing) ๑๒.๐ มม. และ ๑๖.๐ มม.

๔.๕ มีความยาวของรูสกรู (Hole Length) ๘.๒ มม.

๔.๖ มีรูปแบบ Self-compression Holes สามารถใช้กับ Cortex screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ มม. และ Cancellous screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐ มม. ได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันการใช้งานปกติ ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดแนบท้ายวัสดุ ortho จำนวน ๓ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ลำดับ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม
๑	Broad DCP ๕ - ๑๘ รู	ชิ้น	๓๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐
๒	Narrow DCP ๔ - ๑๖ รู	ชิ้น	๔๐๐	๘๙๐.๐๐	๓๕๖,๐๐๐.๐๐
๓	Small DCP ๔ - ๑๐ รู	ชิ้น	๕๐๐	๖๙๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					๑,๐๒๕,๐๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ