

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุ ortho จำนวน ๓ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๑ Broad DCP ๕ - ๑๘ รู จำนวน ๓๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

Broad DCP ๕ - ๑๘ รู จำนวน ๓๐๐ ชิ้น

๒. วัสดุประสงค์

เพื่อใช้ในยึดตรึงกระดูกรยางค์ขนาดใหญ่ที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอ่อนรักษาโดยได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ทำด้วยโลหะเหล็กปลอกสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Stainless steel grade ๓๑๖L for medical device instrument)

๓.๒ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑, CE ๐๑๙๗

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ทำด้วยโลหะ Stainless Steel grade ๓๑๖L

๔.๒ มีความหนา ๔.๕ ม.ม.

๔.๓ มีความกว้าง ๑๖.๐ ม.ม.

๔.๔ มีระยะห่างระหว่างรูสกรู (Hole Spacing) ๑๖.๐ ม.ม. และ ๒๕.๐ ม.ม.

๔.๕ มีความยาวของรูสกรู (Hole Length) ๙.๐ ม.ม.

๔.๖ มีรูแบบ Self-compression Holes สามารถใช้กับ Cortex screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ ม.ม.  
และ Cancellous screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ ม.ม. ได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประทานการใช้งานปกติ ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

\*\*\*\*\*

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุ ortho จำนวน ๓ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ Narrow DCP ๔ - ๑๖ รู จำนวน ๔๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

Narrow DCP ๔ - ๑๖ รู จำนวน ๔๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในยึดตรึงกระดูกรยางค์ขนาดใหญ่ที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอื่นรักษาได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ทำด้วยโลหะเหล็กปลอกสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Stainless steel grade ๓๑๖L for medical device instrument)

๓.๒ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๗, CE ๐๑๗๗

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ทำด้วยโลหะ Stainless Steel grade ๓๑๖L

๔.๒ มีความหนา ๔.๐ ม.ม.

๔.๓ มีความกว้าง ๑๒.๐ ม.ม.

๔.๔ มีระยะห่างระหว่างรูสกรู (Hole Spacing) ๑๖.๐ ม.ม. และ ๒๕.๐ ม.ม.

๔.๕ มีความยาวของรูสกรู (Hole Length) ๔.๒ ม.ม.

๔.๖ มีรูแบบ Self-compression Holes สามารถใช้กับ Cortex screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ ม.ม.  
และ Cancellous screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ ม.ม. ได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันการใช้งานปกติ ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

\*\*\*\*\*

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประisanกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
วัสดุ ortho จำนวน ๓ รายการ  
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ Small DCP ๔ - ๑๐ รู จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

Small DCP ๔ - ๑๐ รู จำนวน ๕๐๐ ชิ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในยึดตรึงกระดูกรยางค์ขนาดใหญ่ที่หัก และไม่สามารถให้การรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยมได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ทำด้วยโลหะเหล็กปลอกสนิมชนิดที่ใช้กับร่างกายได้ (Stainless steel grade ๓๑๖L for medical device instrument)

๓.๒ ผ่านมาตรฐานการผลิตพร้อมมีหนังสือรับรอง ISO ๑๓๔๘๕, ISO ๙๐๐๑, CE ๐๑๙๗

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ทำด้วยโลหะ Stainless Steel grade ๓๑๖L

๔.๒ มีความหนา ๓.๐ ม.ม.

๔.๓ มีความกว้าง ๑๐.๐ ม.ม.

๔.๔ มีระยะห่างระหว่างรูสกรู (Hole Spacing) ๑๒.๐ ม.ม. และ ๑๖.๐ ม.ม.

๔.๕ มีความยาวของรูสกรู (Hole Length) ๘.๒ ม.ม.

๔.๖ มีรูแบบ Self-compression Holes สามารถใช้กับ Cortex screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ ม.ม. และ Cancellous screw เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐ ม.ม. ได้

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันการใช้งานปกติ ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

\*\*\*\*\*

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ