

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เงื่อนไขที่มีความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดไม่มีฟอง  
ของ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

### ๑. ความต้องการ

เงื่อนไขที่มีความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดไม่มีฟอง จำนวน ๓๖๐ แกลลอน

### ๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับห้องผ่าตัด เครื่องมือผ่าตัด เครื่องซ่อมสายหายใจ พร้อมทั้งกล้องส่องตรวจ

### ๓. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นน้ำยาสำหรับการทำความสะอาดผสมเงื่อนไขที่มีความสะอาด ชนิดไม่มีฟองหรือมีฟองน้อย สำหรับการล้าง, แซ่บอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ก่อนขั้นตอนการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อ สำหรับการล้างด้วยมือ (manual) เครื่องอัลตราโซนิก (ultrasonic) และเครื่องล้างอัตโนมัติ (automatic cleaning) ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๓.๘ ลิตร/แกลลอน

### ๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

#### ๔.๑ ส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำยา มีดังนี้

- เอนไซม์สำคัญอย่างน้อย ๔ ชนิด คือ โปรตีอีส (protease) ไลเพส (lipase) อะมายเลส (amylase) และ เซลลูโลส (cellulase) ช่วยในการจัดคราบโปรตีน ไขมัน และคาร์บอไฮเดรตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สเตบิลайเซอร์ (stabilizer) ช่วยให้น้ำยาคงสภาพการใช้งานได้นาน
- สารลดแรงตึงผิว (surfactant) ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ และทำให้เงื่อนไขสามารถเข้าไปกำจัดคราบสิ่งสกปรกได้อย่างทั่วถึงภายในท่อและอุปกรณ์

๔.๒ น้ำยาทำความสะอาดมีค่าความเป็นกรด - ด่าง ที่ใกล้เคียงกับความเป็นกลาง ทำให้ไม่กัดกร่อนเครื่องมือ และช่วยถนอมสภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือ

๔.๓ เป็นน้ำยาแข็ง และทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดคราบสิ่งสกปรก ให้หลุดออกมากได้อย่างรวดเร็ว

๔.๔ น้ำยาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากส่วนผสมสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (biodegradable) ทำให้ช่วยส่งเสริมการย่อยสลายสิ่งสกปรกในระบบบำบัดน้ำเสียฟองน้อย สามารถใช้ได้กับการล้างด้วยมือ เครื่องอัลตราโซนิก และเครื่องล้างอัตโนมัติ

๔.๕ มีหัวปั๊มสำเร็จรูป ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานและการผสม

๔.๖ น้ำยาไม่มีกลิ่นและไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้งาน

๔.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือเทียบเท่า

### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้ขายรับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้ขาย ยินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกพร้อมรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายลงหมายเลขข้อตกลงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง จำนวน ๑ แกลลอน โดยไม่เคยเปิดใช้มาก่อน ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ ภายในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

ผู้มีอำนาจการกำกับดูแลรายการนี้	นาย ณัฐพงษ์ คงกระพัน	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)		กรรมการ
(ลงชื่อ)		กรรมการ
(ลงชื่อ)		กรรมการ