

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์หน่วยงานไตเทียม จำนวน ๕ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร
.....

รายการที่ ๑ สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกันชนิดกึ่งถาวร

๑. ความต้องการ

สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกันชนิดกึ่งถาวร จำนวน ๑๕ ชุด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๓. คุณสมบัติทั่วไป

สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับฟอกเลือด ชนิดกึ่งถาวร

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ทำจาก Carbothane material มีความทนทานสูง ปรับตัวเข้ากับหลอดเลือดได้ดี
๒. ได้รับการออกแบบให้อัตราการเกิด Recirculation น้อยกว่า ๕%
๓. Catheter รูปทรงกลม (Round Designs)
๔. Dacron cuff ทำจาก Polyester (ใยสังเคราะห์) ช่วยในการยึดติดกับเนื้อเยื่อของผู้ป่วย ป้องกันการหลุดออก และการเลื่อนหลุดของ Catheter
๕. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Arterial และ Venous Extension Pieces อย่างชัดเจน
๖. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide พร้อมใช้งานได้ทันที

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๒. มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
๓. ในชุดประกอบด้วย Catheter, .๐๓๘"x๗๐CM J/Flex Guidewire, Vascu-Sheath, ๑๘GA Introducer Needle, ๑๒-๑๔FR Dilator, Tunneller W/Sleeve, Injection Caps

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ,
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์หน่วยงานไตเทียม จำนวน ๕ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๒ สายสวนชนิดสองช่องในทางเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ มม. ยาว ๑๒ cm. งอ

๑. ความต้องการ

สายสวนชนิดสองช่องในทางเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ มม. ยาว ๑๒ cm. งอ
จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๓. คุณสมบัติทั่วไป

สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ชนิดชั่วคราว

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผลิตจากสารที่ไวต่ออุณหภูมิร่างกาย เช่น Polyurethane อ่อนนุ่มเมื่อเจออุณหภูมิในร่างกาย
- มีการวางท่อแบบคู่ปลายสายสวนใช้ต่อกับสายส่งเลือด จำนวน ๒ สาย มีลักษณะเป็นท่อโค้งกลับ
- มีความยืดหยุ่น คืนตัว ป้องกันการหักพับงอ มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สายสวนมีลักษณะเรืองแสงเอกซเรย์ (Radiopaque)
- มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน
- มี Clamp ที่ส่วน Extension ทั้งสองสาย และมีฝาปิด Lure lock เพื่อป้องกันเลือดออกขณะไม่ได้ใช้งาน
- มี Suture Wing ชนิดหมุนได้
- ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) พร้อมใช้งานได้ทันที

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
- ในชุดประกอบด้วย Catheter, Injection Caps, ๑๐-๑๒FR.Vessel Dilator, ๐.๐๓๘" x ๗๐CM.J/Flex Guidewire และ ๑๘GA.Introducer Needle

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ of 1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์หน่วยงานไตเทียม จำนวน ๕ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๓ สายสวนชนิดสองช่องในทางเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ มม. ยาว ๑๕ cm. งอ

๑.ความต้องการ

สายสวนชนิดสองช่องในทางเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ มม. ยาว ๑๕ cm. งอ
จำนวน ๔ ชุด

๒.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๓.คุณสมบัติทั่วไป

สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับฟอกเลือดล้างไต ชนิดชั่วคราว

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ผลิตจากสารที่ไวต่ออุณหภูมิร่างกาย เช่น Polyurethane อ่อนนุ่มเมื่อเจออุณหภูมิในร่างกาย
- มีการวางท่อแบบคู่ ปลายสายสวนใช้ต่อกับสายส่งเลือด จำนวน ๒ สาย มีลักษณะโค้งงอกลับ
- มีความยืดหยุ่น คินตัว ป้องกันการหักงอ มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สายสวนมีลักษณะเรืองแสงเอกซเรย์ (Radiopaque)
- มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน
- มี Clamp ที่ส่วน Extension ทั้งสองสาย และมีฝาปิด Lure lock เพื่อป้องกันเลือดออกขณะไม่ได้ใช้งาน
- มี Suture Wing ชนิดหมุนได้
- ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) พร้อมใช้งานทันที

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
- ในชุดประกอบด้วย Catheter, Injection Caps, ๑๑-๑๒FR.Vessel Dilator, ๐.๐๓๘" x ๗๐CM.J/Flex Guidewire และ ๑๘GA.Introducer Needle

(ลงชื่อ) ประจักษ์พรรณดา
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์หน่วยงานไตเทียม จำนวน ๕ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๔ สายสวนชนิดสองช่องในทางเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ มม. ยาว ๒๔ cm. ตรง

๑.ความต้องการ

สายสวนชนิดสองช่องในทางเดียวกัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๑ มม. ยาว ๒๔ cm. ตรง จำนวน ๖๐ ชุด

๒.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๓.คุณสมบัติทั่วไป

สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๔.คุณสมบัติเฉพาะ

- ผลิตจากสารที่ไวต่ออุณหภูมิร่างกาย เช่น Polyurethane อ่อนนุ่มเมื่อเจออุณหภูมิในร่างกาย
- มีการวางท่อแบบคู่ ปลายสายสวนใช้ต่อกับสายส่งเลือด จำนวน ๒ สาย มีลักษณะโค้งงอกลับ
- มีความยืดหยุ่น คินตัว ป้องกันการหักงอ มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สายสวนมีลักษณะเรืองแสงเอกซเรย์ (Radiopaque)
- มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน
- มี Clamp ที่ส่วน Extension ทั้งสองสาย และมีฝาปิด Lure lock เพื่อป้องกันเลือดออกขณะไม่ได้ใช้งาน
- มี Suture Wing ชนิดหมุนได้
- ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) พร้อมใช้งานทันที

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

- ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
- ในชุดประกอบด้วย FR.Catheter, Injection Caps, ๑๑-๑๒FR.Vessel Dilator, ๐.๐๓๘"x๗๐CM./Flex Guidewire, ๑๘GA.Introducer Needle และ Patient ID Label แบบ Catheter ประกอบด้วย ๑๑FR.Catheter, Injection Caps

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุการแพทย์หน่วยงานไตเทียม จำนวน ๕ รายการ
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

รายการที่ ๕ สายสวนชนิดสามช่องในท่อเดียวกัน

๑.ความต้องการ

สายสวนชนิดสามช่องในท่อเดียวกัน จำนวน ๓๐ ชุด

๒.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

๓.คุณสมบัติทั่วไป

สายสวนหลอดเลือดดำชนิดสามช่องในท่อเดียวกัน สำหรับฟอกเลือดล้างไต ชนิดชั่วคราว

๔.คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ทำจาก Soft Polyurethane แบบ Thermosensitive Flexi-Smooth™
๒. ภายใน catheter แบ่งเป็น ๓ ท่อ มีรูเปิดแยกกันทั้ง ๓ ท่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยประกอบ ด้วย ท่อสำหรับให้สารอาหาร และยา และท่อ arterial uptake ports กับท่อ venous return ports สำหรับ ฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม
๓. ส่วน Extension โค้งลงเพื่อใช้ที่ตำแหน่ง Internal Jugular Vein
๔. ส่วนปลาย (Tip) ออกแบบมาให้มีเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิด Vessel Trauma และเป็นแบบ Highly Radiopaque
๕. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน เพิ่มความสะดวกในการดูแล ช่วยให้ สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น
๖. มี Suture Wing ชนิดหมุนได้
๗. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
๒. ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
๓. มี Lot. ที่ผลิต และ วันหมดอายุระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
๔. บรรจุกล่องละ ๑๐ ชุด ในชุดประกอบด้วย Catheter, Injection Caps, Vessel Dilator, J/Flex Guidewire, Introducer Needle และ Patient ID Label

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
1 of 1