

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Syringe Disposable) ๑๐ ml. จำนวน ๓,๖๐๐ กล่อง
ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

๑. ความต้องการ

กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Syringe Disposable) ๑๐ ml. จำนวน ๓,๖๐๐ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับบรรจุยาฉีด/บรรจุเลือดผ่านเข็มเจาะเลือด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นกระบอกฉีดยาผ่านผิวน้ำทึบปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว

๓.๒ ประกอบด้วยตัวกระบอกกลางแสดงปริมาตร ลูกสูบ และก้านฉีดที่เคลื่อนไปมาได้ ปลายด้านหนึ่งของตัวกระบอกเป็นลักษณะหัวฉีด

๓.๓ บรรจุกระบอกฉีดยาแต่ละหน่วยในของบรรจุปิดสนิท ซึ่งสามารถคงสภาพความปราศจากเชื้อของกระบอกฉีดยาได้

๓.๔ ฉลากมีข้อความระบุชื่อของกระบอกฉีดยา ความจุ ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้า เลขที่ผลิต เลขที่ใบอนญาต เดือน ปี ที่หมดอายุ

๓.๕ อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ก่อนหมดอายุ

๓.๖ ขนาดบรรจุ ๑๐๐ ชิ้น/กล่อง

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ ประกอบด้วยตัวกระบอกกลางแสดงปริมาตรและก้านฉีดที่เคลื่อนที่ไปมาได้ ปลายด้านหนึ่งของตัวกระบอก มีลักษณะเป็นหัวฉีด นำไปผ่านกรวยหรือการฆ่าเชื้อด้วยการใช้ก๊าซเอทิลีนออกไซด์ การฉายรังสี gamma หรือการฉายรังสีอื่นๆ ใช้สำหรับฉีดของเหลวเข้าสู่ร่างกายหรือนำของเหลวออกจากร่างกาย แต่ไม่หมายรวม ถึงกระบอกฉีดยาอินซูลิน โดยต้องเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน และข้อกำหนด คมพ ๔-๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๗)

๔.๒ กระบอกฉีดยาต้องมีความจุตามระบุ

๔.๓ เส้นแสดงความจุ ตัวเลขแสดงปริมาตร และเครื่องหมายอื่นๆ บนกระบอกฉีดยาด้านนอกต้องชัดเจน โดยเส้นแสดงความจุและตัวเลขไม่ทับกัน ปราศจากการอยเลือดหรือเปื้อน และต้องไม่ลบเลือน ตัวกระบอก

๔.๔ ตัวกระบอกต้องมีรูปร่างทรงกระบอก ตั้งแต่เส้นศูนย์จั้นถึงปีกกระบอก

๔.๕ ตัวกระบอกต้องมีความใสพอที่จะอ่านปริมาตรของเหลวที่อยู่ภายในกระบอกได้ เมื่อบรรจุของเหลว ทึบแสง หรือของเหลวใสไม่มีสี

๔.๖ ตัวกระบอกต้องปราศจากรอยแตก รอยขีดข่วน

๔.๗ ผิวด้านในของตัวกระบอกที่สัมผัสกับของเหลวต้องปราศจากสารปนเปื้อนและสิ่งแปลกปลอม

๔.๘ ปีกกระบอกต้องมีขนาด รูปร่าง และความแข็งแรงที่เหมาะสม ทำให้สามารถจับกระบอกฉีดยาใช้สะดวก

๔.๙ ตัวกระบอกต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

๔.๑๐ ปลายกระบอกฉีด ต้องสวมหัวกับเข็มฉีดยาได้แน่น ไม่หลุดง่าย

ผู้จัดการห้องคลังยาและผู้จัดการห้องฉีดคุณลักษณะเฉพาะฯ	
(ลงชื่อ).	ประชานกรรมการ
(ลงชื่อ).	กรรมการ
(ลงชื่อ).	กรรมการ
(ลงชื่อ).	กรรมการ

๒/๔. ลูกสูบและก้านฉีด...

ลูกสูบและก้านฉีด

๔.๑๖ เมื่อลูกสูบอยู่ในตัวระบบ ก็ต้องปราบภูมิที่แน่นอนและเห็นได้ชัดเจนแสดงเป็นเส้นปั่งซึ่งความจุ ซึ่งต้องอยู่ในระนาบตั้งฉากกับแกนของระบบ

๔.๑๗ ก้านฉีดต้องมีสันฐานตรง และไม่โก่งอเวลาใช้งาน

๔.๑๘ ลูกสูบและก้านฉีด ทำจากวัสดุไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด หัวฉีด

๔.๑๙ แนวแกนกลางของหัวฉีด ต้องเป็นแนวเดียวกันกับแนวกลางของตัวระบบ และสำหรับระบบ ฉีดยาความจุตั้งแต่ ๕ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ถ้าแนวกลางของหัวฉีดเยื่องศูนย์กับแนวกลาง ของตัวระบบ เมื่อตรวจวัดระยะห่างระหว่างแนวแกนของหัวฉีดกับจุดที่ใกล้ที่สุดของผิวด้านใน ของตัวระบบต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๒๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปลายหัวฉีดต้องไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
การรั่วซึม

๔.๒๑ ต้องไม่พบการรั่วซึมของน้ำที่บริเวณลูกสูบ

๔.๒๒ ต้องไม่พบการรั่วซึมของอากาศที่บริเวณลูกสูบ

การบรรจุ

๔.๒๓ การบรรจุระบบฉีดยาแต่ละหน่วยในของบรรจุปิดสนิท ต้องไม่พบร่องอากาศ และต้องไม่พบ รอยซึมผ่านของของเหลว

๔.๒๔ วัสดุที่ใช้ทำของบรรจุและการออกแบบของบรรจุต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบฉีดยา สามารถสipaความปราศจากเชื้อของระบบฉีดยาที่บรรจุได้ เมื่อเก็บรักษาภายใต้สภาวะ ที่แห้งสะอาด และมีอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน ระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษา

๔.๒๕ ของบรรจุแข็งแรง เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือแอลกอฮอล์แล้วไม่เปลี่ยน

๔.๒๖ การแสดงฉลาก ให้ภาษาซึ่งรวมบรรจุระบบฉีดยา มีฉลากเป็นภาษาไทย และอาจมีภาษาอื่น นอกจากราภาษาไทยก็ได้ แต่ข้อความภาษาอื่นนั้นต้องตรงกับภาษาไทย และมีขนาดไม่ใหญ่กว่า ข้อความภาษาไทย แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ชื่อระบบฉีดยา

- ความจุระบุ

- ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าแล้วแต่กรณี สำหรับระบบฉีดยาที่ นำเข้าให้แสดงชื่อสถานที่ผลิตและประเภทผู้ผลิตด้วย

- จำนวนระบบฉีดยาที่บรรจุ

- เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

- เลขที่ใบอนุญาต

- ประโยชน์และวิธีการใช้

- วิธีการเก็บรักษา เพื่อป้องกันมิให้ระบบฉีดยาหรือของบรรจุเสื่อมคุณภาพหรือสูญเสียสภาวะ ปราศเชื้อ

- ข้อความว่าปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการกำกับฯ	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....		ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....		กรรมการ
(ลงชื่อ).....		กรรมการ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายใน ๒ ปี ผู้เสนอราคายินยอมให้เปลี่ยนโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๒ ผู้เสนอราคាដองส่งตัวอย่าง ๑ กล่อง (๑๐๐ ชิ้น) ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ
ภายในวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
(ลงชื่อ)..... <u>พญ. สุรัตน์ ใจดี</u>ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... <u>ดร. พิมพ์ ใจดี</u>กรรมการ
(ลงชื่อ)..... <u>ศ.ดร. สมชาย ใจดี</u>กรรมการ